

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) катетеров аспирационных с вакуум-контролем

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер по шкале Шарьера	Длина катетера, см	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры аспирационные с вакуум-контролем	CH05	не менее 34см	штука	6 300
1.2	Катетеры аспирационные с вакуум-контролем	CH06	не менее 46см	штука	83 000
1.3	Катетеры аспирационные с вакуум-контролем	CH08	не менее 48см	штука	114 000
1.4	Катетеры аспирационные с вакуум-контролем	CH10	не менее 48см	штука	91 400
1.5	Катетеры аспирационные с вакуум-контролем	CH12	не менее 48см	штука	62 000
1.6	Катетеры аспирационные с вакуум-контролем	CH14	не менее 48см	штука	104 000
1.7	Катетеры аспирационные с вакуум-контролем	CH16	не менее 48см	штука	314 000
1.8	Катетеры аспирационные с вакуум-контролем	CH18	не менее 48см	штука	336 000
1.9	Катетеры аспирационные с вакуум-контролем	CH20	не менее 48см	штука	25 200
1.10	Катетеры аспирационные с вакуум-контролем	CH22	не менее 48см	штука	2 620
Итого по лоту 1:				штука	1 138 520

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Назначение – санация верхних дыхательных путей;
- 2.2. Наличие открытого атравматического конца;
- 2.3. Наличие не менее одного бокового отверстия;
- 2.4. Наличие коннектора с вакуум-контролем;
- 2.5. Наличие цветовой кодировки коннектора для определения размера катетера;
- 2.6. Стерильно, индивидуальная упаковка.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) катетеров аспирационных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер по шкале Шарьера	Длина катетера, см	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры аспирационные	CH08	не менее 50см	штука	5 590
1.2	Катетеры аспирационные	CH10	не менее 50см	штука	120
1.3	Катетеры аспирационные	CH12	не менее 50см	штука	110
1.4	Катетеры аспирационные	CH14	не менее 50см	штука	2 600
1.5	Катетеры аспирационные	CH16	не менее 50см	штука	34 100
1.6	Катетеры аспирационные	CH18	не менее 50см	штука	28 660
1.7	Катетеры аспирационные	CH20	не менее 50см	штука	4 700
Итого по лоту 2:				штука	75 880

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Назначение – санация верхних дыхательных путей;
- 2.2. Наличие открытого атравматического конца;
- 2.3. Наличие не менее одного бокового отверстия;
- 2.4. Наличие цветовой кодировки коннектора для определения размера катетера;
- 2.5. Стерильно, индивидуальная упаковка.