

БелМТ №714/26

лот 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники
Микроскоп биологический бинокулярный

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во на комплект
1.1.	Микроскоп биологический бинокулярный	шт	1
1.2.	Комплект плана-хроматических (далее - PLAN) объективов: 4х/0,10-0,13; 10х/0,25; 40х/0,65; 100х/1,25 (иммерсионный);	комплект	1
1.3.	Масло иммерсионное, 10-20 мл	флакон	1
1.4.	Оптическая насадка - тринокулярная, наклон 30°, вращающаяся на 360°	шт	1
1.5.	Тубус - бинокулярный с широким полем зрения и возможностью регулировки межзрачкового расстояния в пределах 50-75 мм.	шт	1
1.6.	Столик предметный - механический двухкоординатный с диапазоном перемещения по горизонтальной оси не менее 76х52мм и возможностью смены управления под левую и под правую руки.	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Бинокулярный оптический микроскоп для проходящего света предназначен для лабораторных исследований;

2.2. Поддержка методов светлого поля, тёмного поля, фазового контраста;

2.3. Встроенный универсальный конденсор с числовой апертурой 0,9/1,25, возможностью фокусировки, центрирования и откидной верхней линзой;

2.4. Блок освещения с использованием галогеновой лампы мощностью не менее 30Вт и плавной регулировкой мощности или светодиодным осветителем соответствующей яркости. Наличие возможности самостоятельной замены

осветительного элемента;

2.5. Револьверная головка не менее чем на 5 объективов.

2.6. Тубус бинокулярный с регулировкой межзрачкового расстояния 50–75 мм, диоптрической коррекцией $\pm 5D$;

2.7. Окуляры асферическими 10х с полем зрения не менее 22-23 мм и возможностью коррекции для каждого глаза;

2.8. Столик предметный механический с коаксиальными ручками управления, перемещение 76 мм (X) $\times$ 52 мм (Y);

2.9. Возможность грубой (макро-) и точной (микро-) фокусировки;

2.10. Линзы оптической системы должны быть стеклянные.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.