

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница
имени Н.Е.Савченко»

В.В.Сиренко

«10 июля 2026г.

Техническое задание

на закупку средство, концентрированное для предстерилизационной очистки (далее-ПСО)

Лот 1 Средство, моющее щелочное для ПСО

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п.п.	Наименование	ед.изм.	К-во
1	Средство моющее щелочное концентрированное для ПСО (объём от 5 до 10л)	л	100

2.Технические характеристики:

2.1. Наличие свидетельства о государственной регистрации, разрешающий обращение соответствующей продукции.

2.2. Применяется для: ПСО изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом.

2.3. Применяется в дезинфекционно-мочных автоматах типа Miele, в специализированных мочных машинах.

2.4. Действующее вещество – комплекс щелочей $20,0\% \pm 2,0\%$, и $pH\ 9,5 \pm 1,0$.

2.5. Не должно содержать отдушек, хлора, альдегидов, фенола и их производных;

2.6. Не должно вызывать коррозии металлов;

2.7. Не должно фиксировать органические загрязнения;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Срок годности с момента поставки: не менее 3 года.

Лот 2 Средство, моющее кислотное для предстерилизационной очистки.

№ п.п.	Наименование	ед.изм.	К-во
1	средство кислотное для мочно-дезинфекционных машин (объём от 5 до 10л)	л	200

2. Технические требования:

2.1. Наличие свидетельства о государственной регистрации, разрешающий обращение соответствующей продукции.

2.2. Применяется для: очистки, нейтрализации и ополаскивания ИМН механизированным способом.

2.3. в состав должна входить лимонная кислота – не менее 30%, комплексообразователь - не менее 5%, смачиватель – не менее 5%,

2.4. pH должен быть $2,5 \pm 0,5$.

2.5. Не должно содержать отдушек, хлора, альдегидов, фенола и их производных;

2.6. Не должно вызывать коррозии металлов;

2.7. Не должно фиксировать органические загрязнения;

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

Минимальный остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%, срок хранения не менее 2 лет.

Медицинская сестра-операционная
(старшая)

Врач-эпидемиолог

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is more stylized and cursive, while the bottom signature is more legible and appears to be 'Ж.Г. Лазарчик'.

Е.А.Коляго

Ж.Г.Лазарчик