

Лот 1

Приложение к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Электромеханический операционный стол	шт	1
2	Комплект для орто-травматологических операций на нижних конечностях	шт	1
3	Комплект для общей хирургии	шт	1
4	Комплект для орто-травматологических операций на голени и колене	шт	1
5	Комплект для орто-травматологических операций на руке	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

№ п/п	Наименование	Параметры
2.1	Электромеханический операционный стол	
2.1.1	Минимальная высота поверхности стола (без подушек)	700 мм +20 мм
2.1.2	Максимальная высота поверхности стола без подушек	1050 мм +20 мм
2.1.3	Длина стола	2 100 мм +10мм
2.1.4	Длина стола без головной и ножной секций	1 100 мм +20 мм
2.1.5	Ширина панели стола по подушкам	500 мм +- 50мм
2.1.6	Ширина стола по направляющим	550 мм +- 10мм
2.1.7	Высота стола основания	140 мм +- 10мм
2.1.8	Длина основания стола	1 050 +- 10мм
2.1.9	Ширина основания стола	560 мм +- 10мм
2.1.10	Ширина основания стола в районе колонны	435 мм +-10мм
2.1.11	Продольный наклон панели (Тренделенбург/анти-Тренделенбург)	-30°C/+30°C
2.1.12	Наклон спинной секции (вверх/вниз), не более	+70°C/-40°C
2.1.13	Наклон головной секции (вверх/вниз), не более	+30°C/-35°C
2.1.14	Наклон ножной секции (вверх/вниз), не более	+30°C/-90°C
2.1.15	Боковой наклон панели стола, не менее	20°C/20°C
2.1.16	Максимальное выдвижение головной секции	50 мм +-20 мм
2.1.17	Безопасная рабочая нагрузка стола	Не менее 220 кг
2.1.18	Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола	Не менее 270 кг
2.2	Комплект для орто-травматологических операций на нижних конечностях	
2.2.1	Все металлические элементы комплекта выполнены из нержавеющей стали	да
2.2.2	Возможность позиционирования пациента на спине или на боку	да
2.2.3	Размещение отдельных элементов на специализированной тележке для удобства хранения	да
2.2.4	Секция ортопедическая	1 шт
2.2.5	Механизм натяжения	1 шт
2.2.6	Стойка опорная простая	1 шт
2.2.7	Шест упорный	1 шт
2.2.8	Опора секции телескопическая	1 шт
2.2.9	Держатель секции ножной	1 шт
2.2.10	Зажим радиальный зубчатый	3 шт
2.2.11	Ботинки ортопедические	пара
2.2.12	Держатель рентгеновской кассеты	1 шт
2.2.13	Тележка	1 шт

2.3	Комплект для общей хирургии	
2.3.1	Все металлические детали комплекта изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали, что в сочетании с высококачественными пластмассой и литым пенополиуретаном	да
2.3.2	Наркозный экран (экран для анестезии)	1 шт
2.3.3	Штатив (инфузионная стойка)	1 шт
2.3.4	Столик для инъекций (опора для руки)	2 шт
2.3.5	Ремень для фиксации туловища (поясной ремень)	1 шт
2.3.6	Рукодержатель (фиксатор руки)	2 шт
2.3.7	Держатель рентгеновской кассеты	1 шт
2.3.8	Боковой упор	2 шт
2.4	Комплект для орто-травматологических операций на голени и колене	
2.4.1	Универсальная поворотная подставка подколенной опоры с шарнирной фиксацией сустава	1 шт
2.4.2	Держатель натяжной скобы	1 шт
2.5	Комплект для орто-травматологических операций на руке	
2.5.1	Стол-приставка для операций на руке	1 шт
2.5.2	Стойка опорная для лечения плеча	1 шт
2.5.3	Адаптер механизма натяжения для бокового крепления к столу	1 шт
2.5.4	Стойка опорная для лечения предплечья	1 шт
2.5.5	Манжета для фиксации кисти	1 шт
2.6	Комплект для артроскопии	
2.6.1	Подколенная опора с регулируемым ложем для бедра	1 шт
2.6.2	Редуктор с поворотным зажимом штанги подколенной опоры	1 шт
2.6.3	Приводная ручка-кривошип	1 шт
2.6.4	Кронштейн для поддержки ручки-кривошипа	1 шт

2.7. Обработка поверхности изделий должна проводиться разрешенными Минздравом дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидным действием.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ;

3.2. Наличие паспорта, руководства по эксплуатации на русском языке;


3.3. Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

3.5. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев.

Разработчик технических характеристик:

Заведующий травматологическим отделением

Врач травматолог-ортопед

 Рощенко М.А.
Демидюк Ю.Ф.

Согласовано:

Врач-специалист по профилю медицинской специальности, связанной с применением медицинского изделия

 Прокурят В.Ф.