

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий 1 единицы оборудования

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Кровать медицинская КРМК4 или аналог	штук	9
2	Матрац из пенополиуретана	штук	9

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Конструкция кровати: сборно-разборная. Состоит из сварных рам с жесткими сетками (ложе) и двух спинок;

2.2. Кровать должна быть установлена на нерегулируемых подпятниках;

2.3. Ориентировочные размеры:

- длина кровати: 2070 ± 10 мм;

- ширина кровати: 900 ± 10 мм;

- высота ложа от пола (без матраца): $390 (540) \pm 70$ мм.

2.4. Поверхности кровати должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;

2.5. Характеристика матраца:

- наполнитель – пенополиуретан;

- чехол должен быть изготовлен из влагоотталкивающего и паропроницаемого материала, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими и моющими средствами;

- длина 2070 ± 10 мм;

- ширина 900 ± 10 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь, гарантийный срок на товар должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

Разработчик: врач-педиатр (заведующий педиатрическим отделением для детей до одного года)

Шайбакова Е.Н.

Подпись