

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Видеоларингоскоп

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Видеоларингоскоп	шт.	1
2	Многоразовый клинок МАС № 3 или аналог	шт.	1
3	Многоразовый клинок МАС № 4 или аналог	шт.	1
4	Многоразовый клинок МАС № 5 или аналог	шт.	1

2. Технические требования: Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№п/п	Наименование характеристики	Параметры
1.	Разрешение камеры	не менее 2.0 мегапикселей
2.	Размер дисплея	3 - 4 дюйма
3.	Светодиодное освещение	не менее 400 люкс
4.	Объем встроенной памяти	не менее 32 гб
5.	Время автономной работы	не менее 180 минут
6.	USB и HDMI интерфейс	наличие
7.	Антифог (противозапотевание) оптического канала видеокamеры	наличие
8.	Противомикробный материал рукоятки видеоларингоскопа	наличие
9.	Материал клинка устойчивый к стерилизации	нержавеющая сталь

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.
- 4.3. обязательно предоставить руководство пользователя на русском языке.