

MEDISPHERA

МЕДИСФЕРА

Иностранное торгово-сервисное
унитарное предприятие

220068, г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 40, тел. 287-83-81, факс 287-80-03

Мисс. КТ.

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь	Отправитель:	
	Телефоны:	+ 375 17 287 83 81
Телефон: + 375 17 Факс: + 375 17	Факс:	+ 375 17 287 80 03
	E-Mail:	
	Дата:	20.05.2026
	Наш исх. №:	
	Страница	1/1

Заключение о техническом состоянии

Представитель Иностранного унитарного предприятия «МЕДИСФЕРА» инженер-контролер Привада Р.С. провел обследование:

инв. №: 01371041

Назначение аппарата	Тип		серийный номер
Ангиографический комплекс	Siemens Artis Zee		138108
Наименование учреждения	Отделение	Кабинет	Ответственное лицо
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь			

Обследование показало:

1. Вышел из строя оптический привод станции врача.

Требуется замена:

1. Оптический привод станции врача - 1 шт.

Главный инженер

Инженер-контролер



Ушатик Ю.Э.

Привада Р.С.

Иностранное торгово-сервисное унитарное предприятие «МЕДИСФЕРА» УНП 190564953

220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 40

р/с BY41BLVB30120190564953001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, код BLBBVY2X

Синяков по вед. оборудов. В.А. В.А. Синяков

Мен. ООО 21.05.2026

