

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки:**

Аппарат для криотерапии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.1	Аппарат для криотерапии	шт.	1
1.2	Шланг стандартный	шт.	1
1.3	Аппликаторы:		
1.3.1	Аппликатор для голеностопа	шт.	1
1.3.2	Аппликатор для локтя	шт.	1
1.3.3	Аппликатор кольцевой (для кисти)	шт.	1
1.3.4	Аппликатор конический L (для голени и бедра)	шт.	1
1.3.5	Аппликатор конический M (для плеча и предплечья)	шт.	1
1.4	Насадки:		
1.4.1	Насадка прямая Ø 5 мм	шт.	1
1.4.2	Насадка прямая Ø 10 мм	шт.	1
1.4.3	Насадка прямая Ø 15 мм	шт.	1
1.4.4	Насадка угловая	шт.	1
1.4.5	Насадка плоского потока	шт.	1
1.5	Адаптеры:		
1.5.1	Адаптер для одного аппликатора	шт.	3
1.6	Держатели (зажимы): держатель контейнера для принадлежностей	шт.	1

Оборудование может быть доукомплектовано дополнительными элементами необходимыми для полноценной работы.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Наименование	Параметры
2.1	Функциональные возможности:	
2.1.1	Панель цветная сенсорная для управления параметрами терапии	Наличие

2.1.2	Независимый канал для подключения шлангов	1
2.1.3	Возможность безоператорной и динамической работы	Наличие
2.1.4	Предустановленные терапевтические программы, не менее	9
2.1.5	Световая индикация критических состояний аппарата	Наличие
2.1.6	Пользовательская настройка параметров терапии	Наличие
2.1.7	Возможность обновления ПО	Наличие
2.2	Технические характеристики:	
2.2.1	Режимы работы: постоянный, импульсный	Наличие
2.2.2	Температура воздуха на выходе из сопла, не выше	- 35 °С
2.2.3	Давление атмосферное на выходе из сопла, мм рт.ст., не менее	50
2.2.4	Поток воздуха на выходе из сопла, не менее	1000 л/мин
2.2.5	Диапазон регулировки времени терапии, минут, не уже	01:00 до 99:00
2.2.6	Регулировка интенсивности потока, уровни не менее	9
2.2.7	Экран: графический, цветной, сенсорный. Диагональ, см, не менее	17
2.2.8	Мобильная платформа на блокируемых роликах, позволяющая перемещать аппарат внутри кабинета или между помещениями	Наличие
2.2.9	Вес (с принадлежностями), не более	75 кг
2.2.10	Размеры (ш×г×в), не более, мм	600×700×1000
2.2.11	Хладагент 452a	Наличие
2.2.12	Максимально потребляемая мощность, не более	2000 ВА/1300Вт
2.2.13	Напряжение сети/частота, В/Гц	~200-240/50

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора.