

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки зажим магистральный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Зажим магистральный	шт.	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Зажим магистральный (предназначен для временного пережатия магистралей физиологического контура искусственного кровообращения):

2.1. атравматическая насечка;

2.2. прямые бранши с предохранительной планкой;

2.3. длина: 215 ± 10 мм;

2.4. зажим должен быть изготовлен из высококачественной медицинской нержавеющей стали или других высококачественных сплавов. Наличие сертификатов в соответствии с европейскими стандартами на сталь DIN EN ISO 7153-1 или аналог ГОСТа;

2.5. инструменты должны быть устойчивы к многократным циклам обработки и стерилизации, к автоклавированию с максимальной температурой стерилизации $+134^{\circ}\text{C}$ в соответствии со стандартом DIN EN ISO 13402:2001-02. Поставщик должен предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению;

2.6. инструменты должны иметь высокое качество обработки для достижения высокой коррозионной стойкости в соответствии стандартам не ниже, чем DIN 96298-3:2017-10.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).