

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ №1: Периметр компьютерный

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Прибор для исследования поля зрения	шт.	1
1.2	ПК с установленным ПО	шт.	1
1.3	Принтер	шт.	1
1.4	Кнопка пациента	шт.	1
1.5	Адаптер сетевой с кабелем	шт.	1
1.6	Фильтр сетевой	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Наименование	Параметры
2.1	Назначение	Изучение изменений (тестирование) поля зрения пациента
2.2	Тип	Автоматический
2.3	Диапазон тестирования (пространство поля зрения)	Не менее 0-90 градусов
2.4	Контроль фиксации	Контроль за взглядом
2.5	Диапазон исследования	5-35 дБ
2.6	Полусфера, радиус	Не менее 300 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.