

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
Пакеты процедурные

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот№1 Пакет процедурный кардиохирургический для аорто-коронарного шунтирования и для клапанной коррекции	Покрывтие кардиохирургическое 1 шт	600 комплектов
	Покрывтие защитное усиленное для стола 2 шт	
	Покрывтие защитное для стола 10 шт	
	Покрывтие хирургическое 3 шт	
	Покрывтие хирургическое с адгезивным краем 3 шт	
	Халат хирургический с усиленной защитой от влаги, XL - 5 шт	
	Отсос типа Янкауэр, с соединительной магистралью 1 шт	
	Лоток почкообразный 1 шт	
	Чаша 500-600 мл. 3 шт	
	Чаша 200 мл. 2 шт	
	Очиститель наконечника - 1 шт	
	Органайзер для ниток 2 шт	
	Набор сосудистых турникетов – 1 набор (10 трубок, 2 петли)	
	Прокладка фетровая, 12-14мм х 16 см – 1 шт	
	Покрывтие Майо -2 шт	
	Канюля сосудистая - 1 шт	

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Количество</i>
Лот №2 Пакет процедурный для сосудистой хирургии для АББШ	Покрытие защитное усиленное для стола 2 шт	150 комплектов
	Покрытие защитное для стола 5 шт	
	Покрытие хирургическое 3 шт	
	Покрытие хирургическое с адгезивным краем 5 шт	
	Покрытие защитное хирургическое 10 шт	
	Халат хирургический с усиленной защитой, XL - 5 шт	
	Отсос типа Янкауэр, с соединительной магистралью 1 шт	
	Чехол для ультразвукового датчика 2 шт	
	Чаша 500-600 мл. 2 шт	
	Чаша не менее 200 мл. 1 шт	
	Покрытие прозрачное защитное 2 шт	
	Очиститель наконечника - 1 шт	
	Органайзер для ниток 1 шт	
	Покрытие Майо - 2 шт	
	Органайзер для инструментов 1 шт	
	Канюля сосудистая 1 шт	

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Знаком (*) обозначаются пункты требования технического задания, при несоответствии по одному из них приведет к отклонению предложения.

Лот №1	
Пакет процедурный кардиохирургический для аорто-коронарного шунтирования и для клапанной коррекции	
2.1 Покрывтие кардиохирургическое :	
2.1.1. Простыня операционная одним полотном (не менее 230см*360см) с выделением операционного поля (20см*35см) и липким слоем. (Операционное поле: от верхнего края – 120см-150см, с пометкой «верх↑»)	
2.2 Покрывтие защитное усиленное для стола:	
2.2.1 Простыня защитная усиленная для стола (не менее 110см*140-150см) * использовать в качестве упаковки	
2.3 Покрывтие защитное для стола	
2.3.1 Простыня защитная для стола (не менее 100см*120-130см). Покрывтие должно быть устойчиво к воздействию жидкостями.	
2.4 Покрывтие хирургическое	
2.4.1 Простыня с впитывающим слоем (не менее 150*90 см). Покрывтие должно удерживать большой объем жидкостей.	
2.5. Покрывтие хирургическое с адгезивным краем	
2.5.1. Пеленка с впитывающим слоем (не менее 90*90 см)	
2.6 Халат хирургический с усиленной защитой от влаги, XL	
2.6.1 Халаты размером XL.	
2.6.2.Халаты усиленные по всей передней части и рукава минимум до середины плеча.	
2.6.3.Материал изготовления SMS 40 GSM (усиленная часть) и SMS 28 GSM.	
2.6.4.*упаковано в индивидуальную стерильную упаковку	
2.6.5.В наличии должны быть трикотажные манжеты длиной не менее 5 см.	
2.7. Отсос типа Янкауэр, с соединительной магистралью	
2.7.1 Длина магистрали 300-350 см. Без вакуум контроля.	
2.8. Лоток почкообразный	
2.8.1 Лоток почкообразный из медицинского пластика - не менее 600 мл.	
2.9. Чаша	
2.9.1. Чаша из медицинского пластика объемом не менее 500 мл.	
2.10 Чаша	
2.10.1. Чаша из медицинского пластика объемом не менее 200 мл.	
2.11 Очиститель наконечника	
2.11.1 размер площадки 2''*2'' квадратной формы. Подушечка должна быть совместима с биполярным устройством, иметь покрытие для предотвращения повреждения электродов. Иметь износостойкую шероховатую рабочую поверхность, покрытую абразивным материалом.	
2.12. Органайзер для ниток	
2.12.1 Органайзер для ниток на 8 слотов, на клейкой основе.	
2.12.2*упаковано в индивидуальную стерильную упаковку	
2.13. Набор сосудистых турникетов (10 трубок, 2 петли)	
2.13.1. Набор состоит из 2-ух металлических петель, 2-ух прозрачных, 2-ух голубых и 4-ех красных трубок. Все трубки имеют рентгеноконтрастную полосу.	
2.13.2.Назначение: фиксация канюль ИК.	
2.13.3. *упаковано в индивидуальную стерильную упаковку.	
2.14. Прокладка фетровая, 12-14мм х 16	
2.14.1.Размер: 12 мм х 160 мм. Толщина минимум 2,2мм.	
2.14.2. Игольчатый текстильный войлок из полиэфирной нити.	

2.14.3. Возможно использование в качестве опоры под швы левого желудочка сердца.

2.14.4.*упаковано в индивидуальную стерильную упаковку.

2.14. Покрытие Майо

2.14.1. покрытие для стола (не менее 75см*145см)

2.15. Канюля сосудистая

2.15.1. Канюля сосудистая 4-5 см

2.15.2. *упаковано в индивидуальную стерильную упаковку.

Лот №2

Пакет процедурный для сосудистой хирургии для АББШ

2.1 Покрытие защитное усиленное для стола

2.1.1.Простыня защитная усиленная для стола (не менее 110см*190см)

2.1.2. использовать в качестве упаковки

2.2 Покрытие защитное для стола

2.2.1 Простыня защитная для стола (не менее 90см*130см). Должна быть устойчива к сквозному промоканию

2.3 Покрытие хирургическое

2.3.1 Простыня с впитывающим слоем (не менее 150*90 см). Покрытие должно удерживать большой объем жидкостей.

2.4. Покрытие хирургическое с адгезивным краем

2.4.1. Пеленка с впитывающим слоем (не менее 75*110 см)

2.5.Покрытие защитное хирургическое

2.5.1. Пеленка с впитывающим слоем (не менее 100*110 см). Покрытие должно быть устойчиво к воздействию жидкостями.

2.6 Халат хирургический с усиленной защитой от влаги, XL

2.6.1 Халаты размером XL,

2.6.2.Халаты усиленные по всей передней части и рукава минимум до середины плеча.

2.6.3.Материал изготовления SMS 40 GSM (усиленная часть) 2.6.4.упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.6.5.В наличии должны быть трикотажные манжеты длиной не менее 5 см.

2.7. Отсек типа Янкауэр, с соединительной магистралью

2.7.1 Длина магистрали 300-350 см. С вакуум контролем.

2.7.2. упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.8.Чехол для ультразвукового датчика

2.8.1Чехол для ультразвукового датчика 15-300 см.

2.8.2упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.9. Чаша

2.9.1. Чаша из медицинского пластика объемом не менее 500 мл.

2.10 Чаша

2.10.1. Чаша из медицинского пластика объемом не менее 200 мл.

2.11. Покрытие прозрачное защитное

2.11.1 Для лампы. Диаметр 100 см. с резинкой по краю

2.12.Очиститель наконечника

2.12.1. Размер площадки 2''*2'' квадратной формы. Иметь износостойкую шероховатую поверхность, покрытую абразивным материалом. Рабочая поверхность прочно должна крепиться к основе и не отслаиваться самопроизвольно при приложении усилия.

Полимерный материал очистителя наконечника не должен содержать латекс.

2.13.Организер для ниток

2.13.1 Организер для ниток на 8 слотов, на клейкой основе.

2.13.2 * упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.14.Организер для инструментов

2.14.1Прозрачный мешок на два отсека с адгезивным краем с одной стороны.

2.14.2 *упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.15. Канюля сосудистая

2.15.1. Канюля сосудистая 4-5 см

2.15.2. упакована в индивидуальную стерильную упаковку.

2.16. Покрытие Майя

2.16.1 покрытие для стола (не менее 75см*145см)

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1. Согласно аукционным документам организатора закупки.
