

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**

**Лотки медицинские**

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

*1. Состав (комплектация) медицинских изделий <sup>6</sup>:*

| <i>№</i> | <i>Наименование</i> | <i>Ед. изм.</i> | <i>Количество</i> |
|----------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 3        | лоток почкообразный | штука           | 20                |

*2. Технические требования <sup>7</sup>:*

1.1. лоток почкообразный, размер 260\*160\*32 мм (+-10мм)

1.1.1. изготовлен из нержавеющей стали.

1.1.2. должен подвергаться дезинфекции и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):  
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий  
на белорусском либо русском языке.

## Наборы гигиенические для ротовой полости

### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №<br>п/п                                               | Наименование                                                     | Количество, шт. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Лот 5: Наборы гигиенические для ротовой полости</b> |                                                                  | 500 шт.         |
| В составе:                                             |                                                                  |                 |
| 1.1                                                    | Аспирационная зубная щетка/<br>Зубная аспирационная щетка-тампон |                 |
| 1.2                                                    | Емкость для антисептического раствора                            |                 |
| 1.3                                                    | Аппликатор для увлажнения полости рта                            |                 |
| 1.4                                                    | Система крепления набора к поверхности                           |                 |

### 2. Технические характеристики:

- 2.1. Набор должен включать в себя разовые упаковки, содержащие необходимые приспособления для санации полости рта каждые 8 часов.
- 2.2. Все принадлежности должны быть одноразовыми.
- 2.3. Зубная аспирационная щетка-тампон должна иметь мягкую гофрированную головку с аспирационными каналами.
- 2.4. Аспирационная зубная щетка должна иметь возможность подсоединения к аспирации через коннектор.
- 2.5. Упаковано в индивидуальную стерильную упаковку.

### 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

согласно документам по процедуре государственной закупки организатора

### 4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.