

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) оборудования:

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

Система моторная (морцеллятор) с принадлежностями и расходными материалами/инструментом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество (шт.)
1.1	Система моторная	1 шт.
1.2	Принадлежности и расходные материалы/инструмент к системе моторной:	
1.2.1	Ножной переключатель с кабелем (педаль)	1 шт.
1.2.2	Электромотор	1 шт.
1.2.3	Предохранительная трубка (тубус)	1 шт.
1.2.4	Предохранительная трубка (тубус)	1 шт.
1.2.5	Редуктор морцеллятора	1 шт.
1.2.6	Рукоятка морцеллятора (держатель)	1 шт.
1.2.7	Режущая трубка морцеллятора (лезвие)	1 шт.
1.2.8	Обтуратор	1 шт.
1.2.9	Режущая трубка морцеллятора (лезвие)	1 шт.
1.2.10	Обтуратор	1 шт.
1.2.11	Щипцы захватывающие	1 шт.
1.2.12	Щипцы захватывающие	1 шт.
1.2.13	Щипцы захватывающие	1 шт.
1.2.14	Щипцы когтевые	1 шт.
1.2.15	Экстрактор миомы (сверло)	1 шт.
1.2.16	Крестообразный уплотнитель	10 шт.
1.2.17	Уплотнитель для инструмента	10 шт.

Оборудование должно быть укомплектовано дополнительными элементами, необходимыми для полноценной работы.

2. Показатели (технические характеристики) предмета государственной закупки.

№ п/п	Наименование	Показатели
2.1	Система моторная	Наличие
2.1.1	Чисто оборотов блока управления	4000-40000 об./мин.
2.1.2	Максимальный вращающий момент двигателя	Не менее 6 Нсм
2.2	Принадлежности и расходные материалы/инструмент к системе моторной:	
2.2.1	Ножной переключатель с кабелем (педаль)	Наличие
2.2.1.1	Ножной переключатель одноклавишный для регулирования скорости	Наличие
2.2.1.2	Длина кабеля	Не менее 3 м
2.2.2	Электромотор	Наличие
2.2.2.1	Максимальное число оборотов моторной рукоятки	Не менее 1000 об./мин.
2.2.2.2	Длина кабеля	Не менее 3 м
2.2.3	Предохранительная трубка (тубус)	Диаметр 10-12 мм
2.2.4	Предохранительная трубка (тубус)	Диаметр 15-20 мм
2.2.5	Редуктор морцеллятора	Наличие
2.2.5.1	Наличие блока уплотнителей	Наличие
2.2.6	Рукоятка морцеллятора (держатель)	Наличие
2.2.6.1	Защита от нагрева	Наличие
2.2.6.2	Совместима с редуктором	Наличие
2.2.7	Режущая трубка морцеллятора (лезвие)	Диаметр 10-12 мм
2.2.8	Обтуратор	Диаметр 10-12 мм
2.2.9	Режущая трубка морцеллятора (лезвие)	Диаметр 15-20 мм
2.2.10	Обтуратор	Диаметр 15-20 мм
2.2.11	Щипцы захватывающие	Диаметр 10 мм
2.2.12	Щипцы захватывающие	Диаметр 5 мм
2.2.13	Щипцы захватывающие	Диаметр 13,5/15 мм
2.2.14	Щипцы когтевые	Диаметр 10 мм
2.2.15	Экстрактор миомы (сверло)	Диаметр 10 мм
2.2.16	Крестообразный уплотнитель	Уплотнитель крестообразный для ножей-тубусов всех диаметров 10 шт./уп.
2.2.17	Уплотнитель для инструмента	Уплотнитель мембранный для ножей-тубусов всех диаметров 10 шт./уп.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.