

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	PATHFAST Tip / PATHFAST наконечник или аналог	шт	2 268
1.2.	PATHFAST NTproBNP / PATHFAST NTпроBNP или аналог	тест	540
1.3.	PATHFAST hs-cTnI / PATHFAST высокочувствительный Тропонин I или аналог	тест	1 620

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№	Наименование	Технические требования
2.1.	PATHFAST Tip / PATHFAST наконечник или аналог	- должен быть предназначен для выполнения исследований на анализаторе PATHFAST
2.2.	PATHFAST NTproBNP / PATHFAST NTпроBNP или аналог	- не менее 60 тестов в упаковке - диапазон измерения: 15 - 30000 пг/мл. - коэффициент вариации - не более 10% - должен быть предназначен для выполнения исследований на анализаторе PATHFAST
2.3.	PATHFAST hs-cTnI / PATHFAST высокочувствительный Тропонин I или аналог	- не менее 60 тестов в упаковке - диапазон измерения: 2,33 – 50000 нг/л. - коэффициент вариации - не более 10% - должен быть предназначен для выполнения исследований на анализаторе PATHFAST