

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной
закупки

Реагенты, контрольные и расходные материалы для автоматического анализатора скорости оседания эритроцитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Тест –карта для определения СОЭ, не более чем на 10 000 исследований	тест	127 000
1.2	Контрольный материал для анализатора СОЭ (не менее 2-х уровней)	мл	360
1.3	Жидкость промывочная. В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 500 мл каждый	мл	16 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Предлагаемые контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим анализатором скорости оседания эритроцитов iSED, производства компании «ALCOR Scientific Inc.», США, что должно быть подтверждено документами производителя либо могут быть предложены аналогичные тест-системы с предоставлением анализатора другого производителя, поставляемого по договору безвозмездного пользования (аренды).

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:	
2.2.1	Результаты исследования должны коррелировать с результатами, полученными методом Вестергрена
2.2.2	Возможность использования первичных пробирок
2.2.3	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя
2.2.4	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов
2.2.5	Возможность проведения внутреннего контроля качества исследований
2.2.6	Порт для подключения внешних устройств
2.2.7	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)
2.2.8	Интерфейс на русском языке
2.2.9	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки согласно аукционным документам

3.2. Гарантийный срок оборудования, предоставляемого в безвозмездное пользование – не менее 12 месяцев, согласно аукционным документам