

Приложение 1
к заявке на закупку

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	*Блок осветительный	Шт.	1
1.2	Рукоятка съёмная стерилизуемая	Шт.	1
1.3	*Передвижной штатив с регулируемым по высоте и углу наклона плечом и рукояткой для передвижения.	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Блок освещения:

2.1.1 Диаметр – не менее 40 см.

2.1.2 Наличие на корпусе несъёмных ручек для регулировки положения осветителя.

2.1.3 *Наличие съёмной стерилизуемой рукоятки.

2.1.4 *Центральная освещенность на расстоянии 1 метра – не менее 130 000 Люкс

2.1.5 Глубина освещения 20% - не менее 1800 мм

2.1.6 Цветовая температура (Кельвин) - 4500 К

2.1.7 *Индекс цветопередачи Ra - не менее 97

2.1.8 Размер фокусируемого светового поля – в пределах от 16 до 32 см

2.1.9 Регулировка яркости освещения от 5% до 100%

2.1.10 Повышение температуры в области головы – не более 0.6 С

2.1.11 *Срок службы светодиодов – не менее 60 000 часов

2.1.12 Рабочее расстояние – в пределах от 70 см до 160 см.

2.1.13 Регулировка по высоте – не менее 116 см.

2.2. Передвижной штатив:

2.2.1 Должен состоять из опоры штатива (передвижная), стойки штатива, пружинного плеча с возможностью регулировки положения блока освещения по высоте и углу наклона, иметь рукоятку для передвижения.

2.2.2 Питание светильника осуществляется от стандартной электросети 220-230 в. 50 Гц., через стандартную электрическую вилку.

2.3. символ * указывает на обязательное наличие данного требования. Отсутствие указанного требования является основанием для отклонения предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Гарантийные обязательства на товар – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

3.2 Товар должен быть новым.