

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №1. Набор инструментов для чрезкожного дренирования полостных образований

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТa	Наименование	Состав набора	Единица измерения	Количество
№ 1	Набор инструментов для чрезкожного дренирования полостных образований	1. Дренаж типа «свиной хвост» с симметричным расположением завитка из полиуретана 2. канюля установочная 3. игла 4. проводник изогнутый сверхжесткий 5. бужи 6. удлинитель мочеприемник 7. стилет В набор могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу по проведению пункции для дренирования	шт.	100

2. Технические требования:

2.1. Дренаж не менее 14 СН.

2.2. Длина не менее 300 мм.

2.3. Дренаж типа «свиной хвост»

2.4. Предназначен для дренирования почечной лоханки, кист, мочевого пузыря, абсцессов по методике Сельдингера.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот № 2. Набор для холангиостомий типа «свиной хвост»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Состав набора	Единица измерения	Количество
№ 2	Набор для холангиостомий типа «свиной хвост»	1. Дренаж типа «свиной хвост» из полиэтилена 2. фиксатор 3. игла 4. проводник прямой 5. буж 6. удлинитель 7. мочеприемник В набор могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу по проведению пункции для дренирования	шт.	100

2. Технические требования:

- 2.1. Для наружной или наружно-внутренней холангиостомии по методике Сильдингера.
- 2.2. Тип холангиостом «свиной хвост».
- 2.3. Диаметр холангиостом 9/7 СН
- 2.4. Длина холангиостом не менее 300 мм
- 2.5. Материал холангиостом- полиэтилен рентгенконтрастный
- 2.6. Игла пункционная 19G (1,2 мм) с ультразвуковыми метками
- 2.7. Игла пункционная длиной не менее 200мм
- 2.8. Проводник прямой 0,035 дюйма
- 2.9. Длина проводника не менее 150 см
- 2.10. Буж в количестве не менее 2 штук
- 2.11. Диаметр бужей не менее 6 СН

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот № 3. Наружная холангиостома типа «свиной хвост»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№ 3	Наружная холангиостома типа «свиной хвост»	шт.	50

2. Технические требования:

2.1. Тип «свиной хвост»

2.2. Переменный диаметр 9/7 СН

2.3. Применяется для наружной холангиостомы пункционным способом.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Приложение №1
к заявке
одноразовые направляющие
(проводники) для игл

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №4: одноразовые направляющие (проводники) для игл.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№4	одноразовые направляющие (проводники) для игл.	шт.	120

2. Технические требования:

- 2.1. Стерильные
- 2.2. Одноразовые.
- 2.3. Совместимы с ультразвуковым датчиком SE 3133 esaote
- 2.4. Длина канала 16-18G.
- 2.5. Предназначены для трансректальной биопсии простаты.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.