

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав/Размер	Количество
1	Комплект акушерский одноразовый стерильный	Пеленка операционная – 1 шт; Простыня для роженицы – 1 шт; Рубашка для роженицы – 1 шт; Подстилка впитывающая операционная – 1 шт; Салфетка впитывающая операционная – 4 шт; Бахилы низкие хирургические – 1 пара; Шапочка-шарлотта хирургическая – 1 шт.	1320 шт

2. Технические требования:

Номер и наименование ЛОТа	Технические требования:
Лот №1 Комплект акушерский одноразовый стерильный	Наличие индивидуальной упаковки
	Пеленка операционная не менее 70*70 см
	Простыня для роженицы не менее 140*70 см
	Подстилка впитывающая не менее 60*60 см
	Салфетка не менее 20*20 см

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.