

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Автоклав (стерилизатор паровой) однодверный для стерилизации всех инструментов, материалов, текстиля, предметов из резины и пластмасс, а также для культивирования питательных сред и стерилизации растворов в лабораториях

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования на 1 ед:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1	Автоклав (стерилизатор паровой) однодверный для стерилизации инструментов, материалов, текстиля, предметов из резины и пластмасс, а также для культивирования питательных сред и стерилизации растворов в лабораториях	1
1.2	Основная вставка	1
1.3	Поддон-растворы (для установки одной сетчатой полки) – для стерилизации растворов	1
1.4	Транспортная тележка	1

2. Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Автоклав (стерилизатор паровой) однодверный для стерилизации инструментов, материалов, текстиля, предметов из резины и пластмасс, а также для культивирования питательных сред и стерилизации растворов в лабораториях	
2.1.1	Материал корпуса машины, рабочей и внутренней камер	Нержавеющая сталь
2.1.2	Объем камеры (общий)	Не менее 73 литра
2.1.3	Исполнение	однодверное
2.1.4	Способ загрузки	горизонтальный
2.1.5	Питание	Не более 8,5кВт/16А, 380 В, 50/60 Гц
2.1.6	Подключение ПК	Наличие выхода
2.1.7	Габаритные размеры	Не более 600х800х1050мм
2.1.8	Программы стерилизации	Не менее семи
2.1.9	Встроенный парогенератор	Наличие
2.1.10	Встроенный термопринтер на русском языке	Наличие
2.1.11	Подключение	Умягченная вода, канализация, электропитание

2.2. Наличие стандартных, свободных и сервисных программ мойки.

2.3. Тестовые режимы (Вакуум-тест и тест Боуи-Дика).

2.4. Наличие на корпусе установки панели управления и дисплея с отображением на нем текущих параметров цикла.

2.5. Наличие предохранительного клапана на открытие и закрытие двери стерилизатора.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантии качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Автоклав (стерилизатор паровой) однодверный для стерилизации инструментов, материалов, текстиля, предметов из резины и пластмасс

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования на 1 ед:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1	Автоклав (стерилизатор паровой) однодверный для стерилизации инструментов, материалов, текстиля, предметов из резины и пластмасс	1
1.2	Основная вставка для контейнеров и корзин	1
1.3	Транспортная тележка	1

2. Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Автоклав (стерилизатор паровой) однодверный для стерилизации инструментов, материалов, текстиля, предметов из резины и пластмасс	
2.1.1	Материал корпуса машины, рабочей и внутренней камер	Нержавеющая сталь
2.1.2	Объем камеры (общий)	Не менее 73 литра
2.1.3	Исполнение	однодверное
2.1.4	Способ загрузки	горизонтальный
2.1.5	Питание	Не более 8,5кВт/16А, 380 В, 50/60 Гц
2.1.6	Подключение ПК	Наличие выхода
2.1.7	Габаритные размеры	Не более 600х800х1050мм
2.1.8	Программы стерилизации	Не менее семи
2.1.9	Встроенный парогенератор	Наличие
2.1.10	Встроенный термопринтер на русском языке	Наличие
2.1.11	Подключение	Умягченная вода, канализация, электропитание

2.2. Наличие стандартных, свободных и сервисных программ мойки.

2.3. Тестовые режимы (Вакуум-тест и тест Боуи-Дика).

2.4. Наличие на корпусе установки панели управления и дисплея с отображением на нем текущих параметров цикла.

2.5. Наличие предохранительного клапана на открытие и закрытие двери стерилизатора.

8. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантии качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: Согласно аукционным документам организатора.