

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
катетеров урологических Фолея двухпросветных латексных**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры урологические Фолея	СН-06	штука	6 910
Итого по лоту 1:			штука	6 910

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Катетер должен быть двухпросветным;
- 2.2. Применяется для катетеризации мочевого пузыря;
- 2.3. Катетер должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом и иметь гладкую поверхность;
- 2.4. Катетер должен быть упакован в пакет, позволяющий вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему;
- 2.5. Катетер должен иметь закрытый конец и не менее 2-х боковых отверстий;
- 2.6. Наличие прозрачного баллона объемом от 3 до 5мл;
- 2.7. Длина катетера не более 40см;
- 2.8. Наличие антивозвратного клапана для заполнения баллона шприцем без иглы;
- 2.9. Наличие проводника;
- 2.10. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
- 2.11. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) катетеров урологических Фолея двухпросветных латексных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-08	штука	6 315
1.2	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-10	штука	20 345
1.3	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-12	штука	10 340
1.4	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-14	штука	39 636
1.5	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-16	штука	92 130
1.6	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-18	штука	85 140
1.7	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-20	штука	45 114
1.8	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-22	штука	15 210
1.9	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-24	штука	7 575
1.10	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-26	штука	5 265
1.11	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-28	штука	3 340
1.12	Катетеры урологические Фолея латексные	СН-30	штука	840
Итого по лоту 2:			штука	331 250

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Катетер должен быть двухпросветным;
- 2.2. Применяется для катетеризации мочевого пузыря;
- 2.3. Катетер должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом и иметь гладкую поверхность;
- 2.4. Катетер должен быть упакован в пакет, позволяющий вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему;
- 2.5. Катетер должен иметь закрытый конец и не менее 2-х боковых отверстий;
- 2.6. Наличие прозрачного баллона объемом от 5 до 30мл;
- 2.7. Длина катетера:
 - 2.7.1. для пп. 1.1, 1.2 не более 40см
 - 2.7.2. для пп. 1.3,- 1.12 не менее 36см;
- 2.8. Наличие антивозвратного клапана для заполнения баллона шприцем без иглы;
- 2.9. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
- 2.10. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.