

Лот 1. Кресло гинекологическое


1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Кресло гинекологическое с электроприводом:	
1.1.1	Гинекологическая емкость (лоток, поддон)	1 шт.
1.1.2	Ногодержатели с зажимом	1 пара
1.1.3	Упорные ручки для пациента	1 пара
1.1.4	Ножная секция (подставка-ступенька)	1 шт.
1.1.5	Подушка-подголовник	1 шт.
1.1.6	Педальный блок управления	1 шт.

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Наименование	Прим.
2.1	Предельно допустимые габаритные размеры изделия: длина 1550 мм ($\pm 10\%$); ширина 1050 мм ($\pm 10\%$); высота 1650 мм ($\pm 10\%$)	наличие
2.2	Ширина сидения 600 мм ($\pm 10\%$)	наличие
2.3	Максимальная допустимая нагрузка на кресло – не менее 140 кг	наличие
2.4	Кресло должно представлять металлическую конструкцию	наличие
2.5	Сидение и спинка кресла должны быть из материала, устойчивого к дезинфицирующим средствам	наличие
2.6	Возможность регулировки угла наклона спинки и сиденья	наличие
2.7	Емкость (лоток, поддон) должна быть съемной	наличие
2.8	Возможность согласования цвета с заказчиком перед поставкой	наличие
2.9	Напряжение питания сети: 220-230 Вт	наличие

Главный акушер-гинеколог



Э.И.Мищук