

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
абсорбента к наркозно-дыхательным аппаратам**

1. Состав изделий медицинского назначения (комплекта):

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Абсорбент к наркозно-дыхательным аппаратам: емкость с абсорбентом	литр	3 000

2. Показатели (характеристики):

2.1. Абсорбент должен представлять собой вещество пористой структуры, округлой полусферической формы с целью увеличения абсорбционной способности;

2.2. Полусферические гранулы должны иметь диаметр 2-4 мм;

2.3. Предлагаемый абсорбент должен быть защищен от образования монооксида углерода и субстанции «А» при использовании низкопоточковой технологии ведения анестезии и независимо от уровня влажности газа в дыхательном контуре. В химическом составе абсорбента должен отсутствовать гидроксид калия;

2.4. В химический состав предлагаемого абсорбента должен входить хлорид кальция;

2.5. Наличие различного цветного индикатора (от белого к фиолетовому цвету) при истощении абсорбента.

2.6. Фасовка - не менее 5,0 л, либо эквивалент в кг.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно документам.