

Лот №1

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Офтальмологический приборный стол с электроприводом	штука	3 (три)

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)»:**

- 2.1. размеры: в диапазоне от 380 до 680 мм;
- 2.2. высота: в диапазоне от 615 до 911 мм;
- 2.3. каркас: металл+пластик;
- 2.4. столешница: ЛДСП;
- 2.5. регулировка высоты: электропривод;
- 2.6. нагрузка: не менее 55 кг;
- 2.7. опоры: не менее 4-х колес, Ø колеса не менее 50 мм и не более 85 мм, с тормозом;
- 2.8. конструкция: разборная.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности,
стерильности):**

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и
должен быть не менее 12 месяцев.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Аппарат полуавтоматический и компьютерной диагностики состояния полей зрения с режимом периметрического мускулотренинга (периметр настольный полуавтоматический)	шт	1
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:			
1.1	Пульт врача	шт	1
1.2	Пульт пациента	шт	1
1.3	Кабель USB для подключения к компьютеру	шт	1
1.4	CD-ROM с программным обеспечением	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование	Параметры
2.1	Испытательное поле	дуга
2.2	Ширина дуги, не менее	40 мм
2.3	Внутренний диаметр дуги, не менее	600 мм
2.4	Поворот дуги вокруг горизонтальной оси с умеренной фиксацией (определено конструкцией аппарата) в основных меридианах (0°, 45°, 90°, 135°), не менее	175 мм
2.5	Вид светового стимула	Круглое световое пятно с уменьшающимся от периферии к центру диаметром и светящееся по заданному закону
2.6	Количество областей световых стимулов, не менее	36 штук
2.7	Диаметр области светового стимула (от периферии к центру дуги симметрично):	
2.7.1	для диапазона 90°-65°	4,1 мм
2.7.2	для диапазона 60°-35°	2,2 мм
2.7.3	для диапазона 30°-5°	1,2 мм
2.8	Количество светового стимула, не менее	4 штуки
2.9	Обработка данных	1. вручную по светодиодной линейке с заполнением диаграмм по полученным данным; 2. автоматизированная (в составе компьютера) с распечаткой диаграмм и занесением результатов в базу данных
2.10	Питание от сети переменного тока	220 В, 50 Гц

2.11	Мощность потребляемая аппаратом от сети, не более:	7,5 В А
------	--	---------

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 12 месяцев.