

БелМТ №696/26
лот 1

Приложение 1

Технические характеристики
Плата обработки сигналов детектора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Плата обработки сигналов детектора (кат. №РХ73-17738*Е Gr1), или аналог	шт.	1

2. Технические требования.

2.1 изделие должно быть оригинальным, аналогичным и восстановленным на заводе-изготовителе, при условиях сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим и наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара:

2.2 полная совместимость с компьютерным томографом Aquilion LB (производства Canon Medical Systems Corporation, Япония).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Гарантийный период: не менее 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.