

Зарплата

Республиканское унитарное предприятие «Медтехноцентр»
Отдел внедрения и развития новых направлений (ОВиРНН)

АКТ
О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «17» июня 2026 г.

РЧ «Республиканский клинический медицинский центр»

(наименование учреждения-владельца медицинской техники)

Управляющий делами Президента Республики Беларусь
АППАРАТ УПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

(наименование ИМТ)

ИНВ. 501376481

тип, марка EZONO 4000

зав. № 9100200933

год выпуска 2017 завод-изготовитель

№ Договора 2569

имеет следующие дефекты: истощен АКБ.

EZONO REF 4001001 или АНАЛОГ

NL 2054/NL 2054 NR 22

Заключение: Не требуется замена АКБ.

Представитель республиканского унитарного предприятия «Медтехноцентр»

Представитель учреждения-владельца ИМТ

Иванов Иван Иванович

Иванов Иван Иванович

Иванов Иван Иванович

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

от «17»

2026 г.

от « »

202 г.

М.П.

М.П.

