

Приложение к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки «Машины упаковочной термоспаивающей», закупается - 3 комплекта.

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Машина (аппарат) настольная упаковочная термоспаивающая.	1
1.2	Роликовая приставка к машине упаковочной	1

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования
Аппарат упаковочный термоспаивающий настольный.	
2.1.	Термоспаивающая машина должна обеспечивать автоматическое сваривание плоским швом полиэтилена, полипропилена, полиэстера с бумагой или нетканым материалами типа "Tyvek".
2.2	Автоматический запуск сваривания при введении пакета и возможность обратной подачи пакета. Скорость сваривания не менее 8 м/мин. Ширина сварного шва 10-15 мм.
2.3	Температура сваривания должна регулироваться в интервале не менее чем от 70 до 200°C и поддерживаться на заданной автоматически.
2.4	Наличие встроенного принтера для нанесения данных на упаковку.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) другим параметрам качества товара, обеспечивающим