

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки

Лот №423 Расходные материалы для анализатора физико-химических свойств мочи
Sysmex UF-4000 (Sysmex Corporation, Япония)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы. измерения	Количество
1	Чашка для проб коническая	штук	2600

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;


2.3 Чашка размером – 16,6mm *38mm, объем 4 ml, для установки на борт анализатора Sysmex UF-4000;

2.4 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.

Разработчики технических требований:

Главный внештатный специалист по клинической
лабораторной диагностике ГУЗО Брестского
облисполкома

Врач клинической лабораторной диагностики
ЦКДЛ-УЗ «БОКВД»



А.В. Маркевич



Н.А. Лукьянчук