

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

Лот № 20 ИФА тест-системы для диагностики аутоиммунных заболеваний

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	Набор реагентов для иммуноферментного определения Антинуклеарные антитела (скрин)	набор	33
2	Набор реагентов для иммуноферментного определения Антитела к двуспиральной ДНК	набор	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 Наличие в комплекте полного набора реагентов, необходимых для выполнения исследований в соответствии с инструкцией по применению;
- 2.2 Наличие стрипованного планшета с иммуносорбентом и достаточного количества реагентов, позволяющего выполнить 3 независимые постановки в одном планшете;
- 2.3 Наличие паспорта подтверждающего качество набора на русском языке;
- 2.4 Наличие инструкции по применению к набору на русском языке;
- 2.5 Из расчета 1 набор – 96 исследований.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Главный внештатный специалист по клинической
лабораторной диагностике ГУЗО Брестского
облисполкома

Врач клинической лабораторной диагностики
ЦКДЛ УЗ «БОКВД»

 А.В. Маркевич

 Н.А. Лушьянчук

