

Лот 1. Отсасыватель медицинский 40л.

1. Состав оборудования:

Отсасыватель хирургический - 1 шт.

в составе: насос - 1 шт;

Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения не менее 2-х шт.;

2. Технические требования:

2.1. Наличие плавной регулировки вакуума;

2.2. наличие насоса;

2.3. наличие емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения, не менее 2 шт:

2.4. емкости для секрета - по 2 или 3 л;

2.5. Максимальный вакуум: более 80 кПа;

2.6. Производительность по воде, в пределах 6 л/мин;

2.7. Производительность по воздуху, в пределах 18 л/мин;

2.8. Трубка отсоса - диаметр $8 \pm 10\%$ мм, длина $2 \text{ м} \pm 10\%$;

2.9. Напряжение питания - 220- 230 В

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку(годности, стерильности) и(или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Лот 2. Отсасыватель медицинский 80л.

1. Состав оборудования:

Отсасыватель хирургический - 1 шт.

в составе: насос - 1 шт;

Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения не менее 2-х шт.;

2. Технические требования:

2.1. Наличие плавной регулировки вакуума;

2.2. наличие насоса;

2.3. наличие емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения, не менее 2 шт:

2.4. емкости для секрета - по 2 или 3 л;

2.5. Максимальный вакуум: более 80 кПа;

2.6. Производительность по воде, в пределах 8 л/мин;

2.7. Производительность по воздуху, в пределах 32 л/мин;

2.8. Трубка отсоса - диаметр $8 \pm 10\%$ мм, длина $2 \text{ м} \pm 10\%$;

2.9. Напряжение питания - 220- 230 В

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку(годности, стерильности) и(или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Лот 3. Отсасыватель медицинский 90л.

1. Состав оборудования:

Отсасыватель хирургический - 1 шт.

в составе: насос - 1 шт;

Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения не менее 2-х шт.;

2. Технические требования:

2.1. Наличие плавной регулировки вакуума;

2.2. наличие насоса;

2.3. наличие емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения, не менее 2 шт:

2.4. емкости для секрета - по 2 или 3 л;

2.5. Максимальный вакуум: более 95 кПа;

2.6. Производительность по воде, в пределах 10 л/мин;

2.7. Производительность по воздуху, в пределах 32 л/мин;

2.8. Трубка отсоса - диаметр $8 \pm 10\%$ мм, длина $2 \text{ м} \pm 10\%$;

2.9. Напряжение питания - 220- 230 В

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку(годности, стерильности) и(или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Разработчик:

Главный внештатный специалист
по стационарной хирургии



А.М.Шестюк