

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

Офтальмологический инструмент

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Номер и наименование ЛОТа	Ед. изм.	Количество
1	Векорасширитель	шт.	15
2	Пинцет для капсулорексиса	шт.	10
3	Пинцет для капсулорексиса	шт.	5
4	Крючок - микропалец	шт.	30
5	Шпатель глазной	шт.	30
6	Шпатель для циклодиализа	шт.	7
7	Пинцет для капсулорексиса	шт.	5
8	Ручка для аспирации	шт.	5
9	Ручка для ирригации	шт.	5
10	Пинцет для завязывания нитей	шт.	10
11	Пинцет для завязывания нитей	шт.	5

2. Технические требования:

Лот № 1:

1. реечный;
2. стальной;
3. общая длина: 70 мм.;
4. тип: темпоральный, стальной;
5. опоры: ширина 15 мм, закрытые, узкие пластинчатые

Лот № 2:

1. типа утрата;
2. титановый;
3. общая длина: 105 мм;
4. рабочая часть: длина 12,6 мм, изогнутая по радиусу;
5. ручка: круглая, титановая, $\varnothing 7,5$ мм;
6. удерживающие кончики покрыты карбидом вольфрама

Лот № 3:

1. типа утрата;
2. титановый;
3. изогнутый под углом;
4. общая длина: 105 мм;
5. рабочая часть: длина 12,6 мм, изогнутая под углом;
6. ручка: круглая, титановая, $\varnothing 7,5$ мм;
7. концы для удержания, покрытые карбидом вольфрама

Лот № 4:

1. общая длина: не менее 110 мм но не более 115 мм;
2. рабочая часть: стальная, изогнутая;
3. кончик: длина 1,4 мм;
4. ручка: круглая, титановая, $\varnothing 5$ мм

Лот № 5:

1. общая длина: не менее 110 мм но не более 115 мм;
2. рабочая часть: стальная, изогнутая под углом 30 °;
3. длина 14 мм;
4. ширина 0,5 мм;
5. высота 0,3 мм;
6. ручка: круглая, титановая, $\varnothing 5$ мм

Лот № 6:

1. по Барракеру;
2. изогнутая под углом стальная рабочая часть длиной 12 мм и размерами 0,25 ммх0,2 мм;
3. круглая титановая ручка диаметром $\varnothing 5$ мм

Лот № 7:

1. типа утрата;
2. титановый;
3. общая длина: 102 мм;
4. рабочая часть: длина 11 мм изогнутый под углом;
5. ручка: плоская, титановая, ширина 10 мм;
6. концы для удержания покрытые карбидом вольфрама

Лот № 8:

1. для бимануальной техники;
2. общая длина: не менее 70 мм но не более 80 мм;
3. рабочая часть: титановая, адаптер «ЛУЕР»;
4. ручка: круглая, титановая, $\varnothing 6$ мм

Лот № 9:

1. для бимануальной техники;
2. общая длина: не менее 70 мм но не более 80 мм;
3. рабочая часть: титановая, адаптер «ЛУЕР»;
4. ручка: круглая, титановая, $\varnothing 6$ мм

Лот № 10:

1. по Макферсону прямой;
2. титановый;
3. платформа 4 мм;
4. общая длина: не менее 97 мм но не более 105 мм;
5. платформы покрыты карбидом вольфрама;
6. кончики шириной 0,3 мм;
7. плоская ручка шириной 6 мм

Лот № 11:

1. по Макферсону;
2. титановый;
3. платформа 4 мм;
4. общая длина: не менее 97 мм но не более 105 мм;
5. изогнутый под углом 45 градусов;
6. кончики шириной 0,3 мм;
7. платформы покрыты карбидом фольфрама;
8. плоская ручка шириной 7 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

Офтальмологический расходный материал

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

<i>№</i>	<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
12	† Линза Мейнстера	шт.	4
13	2 Линза Гольдмана	шт.	4
14	3 Линза Максфилд	шт.	1

*2. Технические требования:*Лот № **†12**

1. Линза для фокальной и барьерной лазерной терапии периферии глазного дна от заднего поля до средней периферии;
2. Статическое поле зрения 90°;
3. Динамическое поле зрения не менее 120°;
4. Увеличение лазерного луча 1,05х;
5. Увеличение 0,96х;
6. Контактный диаметр 15,5 мм;
7. Высота линзы не более 31,8 мм

Лот № **213**

1. Трехзеркальная универсальная линза;
2. Имеет три зеркала с углами наклона 59, 67, 73°;
3. Статическое поле зрения не менее 140°;
4. Увеличение 0,93х;
5. Контактный диаметр 18 мм;
6. Высота линзы не более 32,2 мм

Лот № **3:14**

1. Диагностическая линза, обеспечивающая широкое поле обзора;
2. Увеличение изображения 0,50х;
3. Статическое поле обзора не менее 120°;
4. Динамическое поле обзора не менее 173°;
5. Увеличение лазерного пятна не менее 2,00х;
6. Рабочее расстояние 4 мм;
7. Световой диаметр 21 мм;
8. Масса не более 19 г.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.