

**Приложение 1 к заявке на закупку
Изделий медицинского назначения для эндоскопии.**

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер п/п	Наименование	Ед.изм	Количество
7	Клапан (заглушка) инструментального канала для видеогастроскопа	штук	200
8	Петля для полипэктомии к гибким эндоскопам	штук	1

2. Технические требования:

Наименование	Технические требования
7. Клапан (заглушка) инструментального канала для видеогастроскопа	1. Для видеогастроскопа Sono - Scape EG-500 (или аналог)
8. Петля для полипэктомии к гибким эндоскопам	1. Многоцветная 2. Автоклавируемая при температуре 132 ⁰ -134 ⁰ С 3. Форма овальная 4. Диаметр -25-35 мм 5. Для канала 3,8
	6. Длина не менее 2300мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации: согласно аукционным документам организатора.