

БелМТ №725/26
лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	Кресло гинекологическое смотровое в комплекте	комплект	16

Состав (комплектация) оборудования (на 1 единицу):

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	Кресло гинекологическое	штука	1
2	Гинекологическая емкость	штука	1
3	Ногодержатель по Гёпелю	пара	1
4	Упоры для рук	пара	1
5	Подголовник	штука	1
6	Педальный блок управления	штука	1
7	Ступеньки	штука	1
8	Планка-направляющая для крепления принадлежностей	штука	1
9	Колесные опоры для передвижения	штука	2
10	Статические опоры	штука	2

2. Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

- 2.1. Статичные опоры должны регулироваться по высоте.
- 2.2. Материал изготовления несущих элементов кресла – сталь с полимерным покрытием.
- 2.3. Ногодержатели должны быть изготовлены из пенополиуретана, бесшовные, не допускающие скольжения.
- 2.4. Возможность регулировки положения ногодержателей по высоте и по углу поворота.
- 2.5. Съёмная гинекологическая ёмкость из нержавеющей стали.
- 2.6. Максимальная нагрузка – не менее 160 кг.
- 2.7. Ширина подушки и спинки сиденья – не менее 600 мм.
- 2.8. Привод поворота сиденья и спинки электрический.
- 2.9. Диапазон углового регулирования положения спинки относительно сиденья – от 0 до 60 гр.
- 2.10. Обивочный материал – винил, искусственная кожа.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Согласно документам организатора.