

Приложение 1
к объединенной заявке
на закупку медицинских изделий

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Шприцы инъекционные однократного применения для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Размер	Количество
ЛОТ №1: Шприцы медицинские однократного применения	туберкулиновый 1мл «Луер» с иглой 0,3-0,33*12-13мм	336 000 штук
ЛОТ №2: Шприцы медицинские однократного применения	инсулиновый 1 мл с несъемной иглой 0,3-0,33*12-13мм	2 392 200 штук
ЛОТ №3: Шприцы медицинские однократного применения	2 мл «Луер» с иглой 0,6*25-30мм	3 960 480 штук
ЛОТ №4: Шприцы медицинские однократного применения	5 мл «Луер» с иглой	7 728 930 штук
ЛОТ №5: Шприцы медицинские однократного применения	10 мл «Луер» с иглой	5 058 670 штук
ЛОТ №6: Шприцы медицинские однократного применения	20 мл «Луер» с иглой	2 699 150 штук
ЛОТ №7: Шприцы медицинские однократного применения	инсулиновый 1 мл «Луер» со съемной иглой 0,33*12-13мм	404 170 штук
ЛОТ №8: Шприц медицинский (50-60мл Луер)	объем 50(60)мл	105 740 штук
ЛОТ №9: Шприц медицинский (50-60мл Луер-Лок)	объем 50(60)мл	52 995 штук
ЛОТ №10: Шприц медицинский (50-60мл Катетер)	объем 50(60)мл	8 370 штук
ЛОТ №11: Шприц медицинский (50-60мл светонепроницаемый)	объем 50(60)мл	185 850 штук
ЛОТ №12: Шприц медицинский (100мл Катетер)	объем 100мл	

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1 и ЛОТ №3-7 Шприцы медицинские однократного применения
2.1. Шприц одноразового использования двух либо трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер). 2.2. Наличие иглы, которая должна иметь герметичный защитный колпачок и располагаться в упаковке со шприцем либо быть надетой на шприц. 2.3. Шприц должен иметь градуировку объема. 2.4. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекций. 2.5. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.
ЛОТ №2: Шприцы медицинские однократного применения
2.1. Шприц однократного использования с несъемной иглой. 2.2. Герметичное соединение иглы и шприца, наличие специального уплотнителя поршня. 2.3. Шприц должен иметь градуировку объема. 2.4. Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекций.

6427
20.06.2026

2.5. Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.
2.6. Максимальное «мертвое» пространство инсулинового шприца должно быть не более 0,01 мл.
ЛОТ №8: Шприц медицинский (50-60 мл Луер)
2.1. Шприц должен быть однократного применения трехкомпонентным (цилиндр, поршень и резиновый уплотнитель на поршне);
2.2. Тип соединения Луер/Luer;
2.3. Шприц должен быть предназначен для инъекционного применения;
2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;
2.5. Каждый шприц должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.
ЛОТ №9: Шприц медицинский (50-60 мл Луер-Лок)
2.1. Шприц должен быть однократного применения трехкомпонентным (цилиндр, поршень и резиновый уплотнитель на поршне);
2.2. Тип соединения Луер Лок/Luer Lock;
2.3. Шприц должен быть предназначен для инъекционного применения;
2.4. Шприц должен иметь градуировку объема;
2.5. Каждый шприц должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.
ЛОТ №12: Шприц медицинский (100 мл Катетер)
2.1. Шприц должен быть однократного применения трехкомпонентным (цилиндр, поршень и резиновый уплотнитель на поршне);
2.2. Тип соединения Катетер тип;
2.3. Шприц должен иметь градуировку объема;
2.4. Каждый шприц должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.
ЛОТ №11: Шприц медицинский (50-60 светонепроницаемый)
2.1. Шприц должен быть однократного применения трехкомпонентным (цилиндр, поршень и резиновый уплотнитель на поршне).
2.2. Должен иметь светонепроницаемый цилиндрический корпус.
2.3. Шприц должен иметь градуировку объема;
2.4. Каждый шприц должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.