

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

Офтальмологический расходный материал

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Номер и наименование ЛОТа	Ед. изм.	Количество
1	Кассеты для проведения катарактальной хирургии	шт.	120
2	Набор для проведения факоэмульсификации катаракты	шт.	120
3	Набор для проведения комбинированных процедур	шт.	120
4	Набор для проведения комбинированных процедур	шт.	120
5	Лазерный зонд	шт.	18
6	Лазерный зонд	шт.	18
7	Зонд передней витректомии	шт.	12
8	Рукоятка для пассивной и активной аспирации	шт.	2
9	Ручка ультразвуковая	шт.	1
10	Ручка ультразвуковая	шт.	1
11	Масло силиконовое	шт.	30
12	Пинцет микрохирургический для витреоретинальной хирургии	шт.	6
13	Зонд биполярный для эндодиатермии	шт.	6
14	Раствор для окраски интраокулярных мембран	шт.	24
15	Раствор для визуализации капсулы хрусталика	шт.	150
16	Ирис-ретрактор	шт.	60
17	Кольцо полимерное внутрикапсульное (№ 2 – 200шт., № 3 – 200шт.)	шт.	400
18	Картридж для имплантации интраокулярной линзы	шт.	150
19	Раствор ирригационный	шт.	300
20	Микротупфер	шт.	300

2. Технические требования:

Лот № 1:

1. Centurion Active FMS, 0,9мм, Intrepid Ultra, Balance ABS30°, наконечник Balanced или аналог;
2. для системы офтальмологической хирургической Centurion Vision System (производства Alcon Laboratories Inc (США)).

Лот № 2:

Набор для проведения факоэмульсификации катаракты

1. состав не менее:

- кассета со встроенной инфузионной линией, аспирационной линией;
- стерильные чехлы для экрана, выдвижного подноса и пульта управления;
- ирригационный патрубок (рукав);
- тестовая камера;

- ключ для игл;
- наконечник (игла).
- 2. диаметр иглы (наконечника для факоэмульсификации) 2,2-2,4 мм;
- 3. игла прямая;
- 4. для системы офтальмологической хирургической комбинированной системы Stellaris Elite с интегрированным эндолазером (производства Bausch&Lomb Incorporated США)

Лот № 3:

- 1. 25+Ga;
- 2. частота реза не менее 7500 в минуту;
- 3. с клапаном;
- 4. совместимый с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision Sistem (производства Alcon Laboratories Inc (США))

Лот № 4:

- 1. калибр комплекта 25 Gauge;
- 2. стерильный;
- 3. с принудительной инфузией;
- 4. нож-витреотом с частотой не менее 7 500 cpm
- 5. для системы офтальмологической хирургической комбинированной системой Stellaris Elite с интегрированным эндолазером (производства Bausch&Lomb Incorporated, США).

Лот № 5:

- 1. прямой
- 2. стерильный
- 3. калибр 25Ga

Лот № 6:

- 1. направляемый (наличие возможности регулировки угла направления оптического волокна лазерного зонда)
- 2. стерильный
- 3. калибр 25Ga
- 4. совместимый с офтальмологической хирургической комбинированной системой Stellaris Elite с интегрированным эндолазером (производства Bausch&Lomb Incorporated, США)

Лот № 7:

- 1. 23 Ga
- 2. для системы офтальмологической хирургической Centurion Vision System (производства Alcon Laboratories Inc (США))

Лот № 8:

- 1. типа Backflush для пассивной и активной аспирации калибром 25Ga с мягким наконечником;
- 2. для работы с тканями, кровоизлияниями, кровотечениями.
- 3. возможность контроля хирургом аспирации и рефлюкса
- 4. одноразовая в индивидуальной стерильной упаковке

Лот № 9:

- 1. Ozil или аналог

2. совместимый с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision Sistem (производства Alcon Laboratories Inc (США))

Лот № 10:

- 1.рукоятка с ультразвуковыми торсионными и продольными колебаниями наконечника совместимая с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System
- 2.поддержка подрежимов: фиксированный, импульсный, вспышка
3. частота ультразвуковой рукоятки при торсионных колебаниях, не менее 30 кГц
4. скорость наконечника, не менее, 9 м/с

Лот № 11:

1. Состав: масло силиконовое высокоочищенное
2. Объём не менее 8,5мл.
3. В шприце
4. Вязкость 1000-1500мПа

Лот № 12:

1. 25Ga+;
2. Grieshaber Revolution DSP ILM Forceps или аналог

Лот № 13:

- 1.зонд биполярный для эндодиатермии калибром 25Ga
- 2.применение - для лечения разрывов сетчатки, для остановки кровотечения и выборочной коагуляции тканей.
- 3.дизайн наконечника – заострённый под углом 30 градусов
- 4.совместимость с биполярными кабелями с разъёмами стандарта 2 pin
- 5.одноразовый в индивидуальной стерильной упаковке

Лот № 14:

1. назначение: для окрашивания внутренней пограничной мембраны, эпиретинальной мембраны, пролиферативной витреоретинопатии в витреретинальной хирургии;
2. в шприце;
3. ориентировочный объем: не менее 0,5мл.

Лот № 15:

1. Состав: офтальмологический высокоочищенный раствор трипанового синего 0,05% в сбалансированном фосфатном буфере,
2. Стерильный,
3. Ориентировочный объём флакона не менее 3,0мл.

Лот № 16:

1. из 4-х крючков;
2. стерильный;
3. полимерный;
4. общая длина: не менее 50мм
- 5.для интраоперационного расширения зрачка

Лот № 17:

1. полимерное, стерильное;
2. для расправления хрусталиковой сумки и натяжения его капсулы.

Лот № 18:

1. картриджи должны подходить к инжектору типа Monarch
2. для разреза 2,6-3,2мм;
3. однократного применения.

Лот № 19:

1. интраокулярный
2. стерильный;
3. объем 500мл, фасовка – пакет;
4. для системы офтальмологической хирургической Centurion Vision System (производства Alcon Laboratories Inc (США)).

Лот № 20:

- 1.атравматические, ромбовидные;
2. одноразового применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.