

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
перманентных двухходовых катетеров для гемодиализа в комплекте для установки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	К-во
1	Перманентные двухходовые катетеры для гемодиализа в комплекте для установки	шт	5

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Полностью рентгеноконтрастный катетер, вводится по методу Сельдингера;
- 2.2. Катетер должен иметь манжету для подкожной фиксации катетера и защиты от микробной контаминации;
- 2.3. Удлинительные трубки должны иметь зажимы-клипсы с цветной маркировкой (синие – для возвратной трубки, красные – для подающей трубки), съемные защитные колпачки.
- 2.4. Венозное дистальное отверстие находится отдельно от артериального отверстия;
- 2.5. Комплект должен включать:
 - 2.5.1. 1 двухпросветный катетер для гемодиализа диаметром 12-14,5 Fr;
 - 2.5.2. набор для пункции и катетеризации центральных вен по методу Сельдингера, установки и фиксации катетера (пункционная игла, дилататоры, проводник, стилет-проводник, колпачки и др.);
- 2.6. Длина катетера от кончика до манжеты 27 см, от кончика до разъема 24-32 см;
- 2.7. Скорость эффективного кровотока через катетер не менее 250 мл/мин.
- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
Согласно аукционным документом организатора.

* Технические требования обязательные для выполнения. Предложения, не соответствующие этим требованиям, не будут рассматриваться.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
перманентных двухходовых катетеров для гемодиализа в комплекте для установки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	К-во
1	Перманентные двухходовые катетеры для гемодиализа в комплекте для установки	шт	15

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Полностью рентгеноконтрастный катетер, вводится по методу Сельдингера;
 - 2.2. Катетер должен иметь манжету для подкожной фиксации катетера и защиты от микробной контаминации;
 - 2.3. Удлинительные трубки должны иметь зажимы-клипсы с цветной маркировкой (синие – для возвратной трубки, красные – для подающей трубки), съемные защитные колпачки.
 - 2.4. Венозное дистальное отверстие находится отдельно от артериального отверстия;
 - 2.5. Комплект должен включать:
 - 2.5.3. 1 двухпросветный катетер для гемодиализа диаметром 12-14,5 Fr;
 - 2.5.4. набор для пункции и катетеризации центральных вен по методу Сельдингера, установки и фиксации катетера (пункционная игла, дилататоры, проводник, стилет-проводник, колпачки и др.);
 - 2.6. Длина катетера от кончика до манжеты 18-24 см, от кончика до разъема 24-32 см;
 - 2.7. Скорость эффективного кровотока через катетер не менее 250 мл/мин.
 - 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
- Согласно аукционным документом организатора.

* Технические требования обязательные для выполнения. Предложения, не соответствующие этим требованиям, не будут рассматриваться.