

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Система для заготовки плазмы на аппарате PCS-2 (Haemonetics, США)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	Единица измерения	Количество
Система для заготовки плазмы, обедненной лейкоцитами, на аппаратах PCS-2 (Haemonetics, США), находящихся на балансе организаций службы крови республики, в состав которой входит: - устройство для сепарации крови (центрифужный колокол); - контейнер (контейнеры) для заготовки и хранения плазмы объемом суммарно не менее 1000 мл; - магистраль с иглой для контейнера с антикоагулянтom; - пункционная игла.	набор	58 340

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

*2.1. Система должна быть совместима с аппаратом и обеспечить получение плазмы крови донора, обеднённой лейкоцитами, полученной автоматическим аферезом, соответствующей по качеству следующим требованиям:

2.1.1. Остаточное количество эритроцитов – менее $6,0 \times 10^9/\text{л}$;

2.1.2. Остаточное количество лейкоцитов – менее $1,0 \times 10^6/\text{клеток в единице (дозе)}$;

2.1.3. Остаточное количество тромбоцитов – менее $50 \times 10^9/\text{л}$.

2.2. Обеспечение одноигольного доступа.

2.3. Диаметр иглы 16 G (1,6 мм) или 17G (1,5 мм).

2.4. Наличие атравматического отверстия на стенке иглы.

2.5. Наличие протектора для пункционной иглы.

2.6. Соединительная магистраль с иглой для контейнера с физиологическим раствором для инфузий.

2.7. Пригодность контейнера (контейнеров) с плазмой для замораживания на специальном оборудовании для быстрого замораживания плазмы крови человека, хранения в морозильниках и размораживания на специальном оборудовании для размораживания.

2.8. Все составные части системы в индивидуальной защитной упаковке должны соответствовать друг другу с целью соединения в единый герметичный контур либо поставляться в виде закрытого единого герметичного стерильного контура.

2.9. Система должна быть стерильной, для одноразового использования.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №114/26

Лот № 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Система для заготовки плазмы на аппарате Autopheresis-C, Aurora (Fresenius, Германия)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	Единица измерения	Количество
Система для заготовки плазмы, обедненной лейкоцитами, на аппаратах Autopheresis-C, Aurora (Fresenius, Германия), находящихся на балансе организаций службы крови республики, в состав которой входит: - устройство для сепарации крови с мембраной;	набор	26 400

- резервуар для реинфузии эритроцитов донора; - соединительная магистраль с иглой для контейнера с раствором антикоагулянта; - контейнер (контейнеры) для заготовки и хранения плазмы объемом суммарно не менее 1000мл; - пункционная игла.		
--	--	--

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

*2.1. Система должна быть совместима с аппаратом и обеспечить получение плазмы крови донора, обеднённой лейкоцитами, полученной автоматическим аферезом, соответствующей по качеству следующим требованиям:

2.1.1. Остаточное количество эритроцитов – менее $6,0 \times 10^9/\text{л}$;

2.1.2. Остаточное количество лейкоцитов – менее $1,0 \times 10^6/\text{клеток}$ в единице (дозе);

2.1.3. Остаточное количество тромбоцитов – менее $50 \times 10^9/\text{л}$.

2.2. Обеспечение одноигольного доступа.

2.3. Диаметр иглы 16 G (1,6 мм) или 17G (1,5 мм).

2.4. Наличие атравматического отверстия на стенке иглы.

2.5. Наличие протектора для пункционной иглы.

2.6. Соединительная магистраль с иглой для контейнера с физиологическим раствором для инфузий.

2.7. Пригодность контейнера (контейнеров) с плазмой для замораживания на специальном оборудовании для быстрого замораживания плазмы крови человека, хранения в морозильниках и размораживания на специальном оборудовании для размораживания.

2.8. Все составные части системы в индивидуальной защитной упаковке должны соответствовать друг другу с целью соединения в единый герметичный контур либо поставляться в виде закрытого единого герметичного стерильного контура.

2.9. Система должна быть стерильной, для одноразового использования.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Система для заготовки тромбоцитов и плазмы на аппарате Trima Accel (Terumo BCT, США)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	Единица измерения	Количество
Система предназначена для заготовки тромбоцитов, обедненных лейкоцитами, и плазмы на аппаратах Trima Accel (Terumo BCT, США), находящихся на балансе организаций службы крови республики, в состав которой входит: - пункционная игла; - дополнительный малый контейнер с адаптером для вакуумной пробирки, предназначенный для взятия образца цельной крови донора для лабораторных исследований объемом не менее 40 мл. - кассета кровопроводящих магистралей с насосными сегментами; - камера лейкоредукции; - канал сепарации; - контейнеры для заготовки и хранения тромбоцитов (не менее двух), с малым контейнером для отбора образцов; - контейнер для заготовки и хранения плазмы; - вентиляционный контейнер; - линия антикоагулянта с иглой и антибактериальным фильтром.	набор	6 138

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

*2.1. Система должна быть совместима с аппаратом и обеспечить получение тромбоцитов, обеднённых лейкоцитами, полученных автоматическим аферезом, из плазмы крови донора, соответствующего по качеству следующим требованиям:

- 2.1.1. Остаточное количество лейкоцитов – менее 1×10^6 /единице (дозе);
2.1.2. Содержание тромбоцитов – не менее 2×10^{11} /единице (дозе).

2.2. Обеспечение одноигольного доступа.

*2.3. Пластик контейнера, предназначенного для заготовки и хранения тромбоцитов, обедненных лейкоцитами, полученных автоматическим аферезом, должен обеспечивать сохранение качества тромбоцитов в течение не менее 5 (пяти) суток при температуре от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$.

2.4. Пригодность контейнера (контейнеров) с плазмой для замораживания на специальном оборудовании для быстрого замораживания плазмы крови человека, хранения в морозильниках и размораживания на специальном оборудовании для размораживания.

2.5. Диаметр иглы 16G (1,6 мм) или 17G (1,5 мм).

2.6. Наличие атравматического отверстия на стенке иглы.

2.7. Наличие протектора для пункционной иглы.

2.8. Система должна быть стерильной, для одноразового использования.

*2.9. Все составные части системы должны быть герметично соединены в закрытый контур и представлять собой единую систему в индивидуальной защитной упаковке.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №114/26

лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Система для заготовки тромбоцитов и плазмы на аппарате MCS+ (Haemonetics, США)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	Единица измерения	Количество
Система предназначена для заготовки	набор	15 954

тромбоцитов, обедненных лейкоцитами, и плазмы на аппаратах MCS+ (Haemonetics, США), находящихся на балансе организаций службы крови республики, в состав которой входит: - пункционная игла; - дополнительный малый контейнер с адаптером для вакуумной пробирки, предназначенный для взятия образца цельной крови донора для лабораторных исследований объемом не менее 40 мл. - линия донора, которая включает соединительную магистраль с иглой для контейнера с антикоагулянтом и антибактериальным фильтром; - контейнер для промежуточного сбора тромбоцитов перед фильтрацией; - контейнеры для заготовки и хранения тромбоцитов (не менее двух), с малым контейнером для отбора образцов; - контейнер для заготовки и хранения плазмы; - контейнер для сброса воздуха; - соединительная магистраль с иглой для контейнера с физиологическим раствором для инфузий и антибактериальным фильтром; - устройство для сепарации крови (центрифужный колокол); - интегрированный в линию тромбоцитов лейкоцитарный фильтр.		
--	--	--

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

***2.1.** Система должна быть совместима с аппаратом и обеспечить получение тромбоцитов, обеднённых лейкоцитами, полученных автоматическим аферезом, из плазмы крови донора, соответствующего по качеству следующим требованиям:

2.1.1. Остаточное количество лейкоцитов – менее 1×10^6 /единице (дозе);

2.1.2. Содержание тромбоцитов – не менее 2×10^{11} /единице (дозе).

2.2. Обеспечение одноигольного доступа.

***2.3.** Пластик контейнера, предназначенного для заготовки и хранения тромбоцитов, обедненных лейкоцитами, полученных автоматическим аферезом, должен обеспечивать сохранение качества тромбоцитов в течение не менее 5 (пяти) суток при температуре от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$.

2.4. Пригодность контейнера (контейнеров) с плазмой для замораживания на специальном оборудовании для быстрого замораживания

плазмы крови человека, хранения в морозильниках и размораживания на специальном оборудовании для размораживания.

2.5. Диаметр иглы 16G (1,6 мм) или 17G (1,5 мм).

2.6. Наличие атравматического отверстия на стенке иглы.

2.7. Наличие протектора для пункционной иглы.

2.8. Система должна быть стерильной, для одноразового использования.

*2.9. Все составные части системы должны быть герметично соединены в закрытый контур и представлять собой единую систему в индивидуальной защитной упаковке.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №114/26

лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Система для сбора концентрата тромбоцитов на аппарате AmiCORE

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	Единица измерения	Количество
Система предназначена для заготовки тромбоцитов, обедненных лейкоцитами, и плазмы на аппаратах AmiCORE (Fresenius Kabi, Германия), находящихся на балансе организаций службы крови республики, в состав которой входит: - пункционная игла; - дополнительный малый контейнер с адаптером для вакуумной пробирки.	набор	2 764

предназначенный для взятия образца цельной крови донора для лабораторных исследований объемом не менее 40 мл. - кассета кровопроводящих магистралей с насосными сегментами; - сепарационное устройство; - контейнеры для заготовки и хранения тромбоцитов (не менее двух), с малым контейнером для отбора образцов; - контейнер для заготовки и хранения плазмы; - контейнер для эритроцитов и технологический контейнер; - линия антикоагулянта с иглой и антибактериальным фильтром; - линия физиологического раствора с иглой и антибактериальным фильтром.		
---	--	--

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

*2.1. Система должна быть совместима с аппаратом и обеспечить получение тромбоцитов, обеднённых лейкоцитами, полученных автоматическим аферезом, из плазмы крови донора, соответствующего по качеству следующим требованиям:

2.1.1. Остаточное количество лейкоцитов – менее 1×10^6 /единице (дозе);

2.1.2. Содержание тромбоцитов – не менее 2×10^{11} /единице (дозе).

2.2. Обеспечение одноигольного доступа.

*2.3. Пластик контейнера, предназначенного для заготовки и хранения тромбоцитов, обедненных лейкоцитами, полученных автоматическим аферезом, должен обеспечивать сохранение качества тромбоцитов в течение не менее 5 (пяти) суток при температуре от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$.

2.4. Пригодность контейнера (контейнеров) с плазмой для замораживания на специальном оборудовании для быстрого замораживания плазмы крови человека, хранения в морозильниках и размораживания на специальном оборудовании для размораживания.

2.5. Диаметр иглы 16G (1,6 мм) или 17G (1,5 мм).

2.6. Наличие атравматического отверстия на стенке иглы.

2.7. Наличие протектора для пункционной иглы.

2.8. Система должна быть стерильной, для одноразового использования.

*2.9. Все составные части системы должны быть герметично соединены в закрытый контур и представлять собой единую систему в индивидуальной защитной упаковке.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №114/26

лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Антикоагулянт (4% натрия цитрат) для заготовки плазмы автоматическим аферезом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	Единица измерения	Количество
1. Антикоагулянт 4% натрия цитрат предназначен для предотвращения свертывания крови при проведении процедуры заготовки плазмы методом автоматического афереза.	контейнер	84 740
2. Антикоагулянт 4% натрия цитрат для заготовки плазмы представляет собой раствор в пластиковом контейнере, имеющий инъекционный порт.		

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

***1. Соответствие химического состава официальной прописи раствора 4% натрия цитрата.**

2. Антикоагулянт должен быть стерильным, прозрачным.

3. Количество раствора антикоагулянта 4% натрия цитрата в контейнере 250 - 500 мл.

***4. Контейнер с антикоагулянтом должен иметь инъекционный порт, пригодный для пункции пластиковой иглой.**

5. Наличие петли для подвешивания первичной упаковки с раствором антикоагулянта.

6. Пластиковый контейнер с антикоагулянтом должен находиться в индивидуальной защитной упаковке.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №114/26

лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Антикоагулянт (ACD-A) для заготовки тромбоцитов автоматическим аферезом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	Единица измерения	Количество
1. Антикоагулянт ACD-A предназначен для предотвращения свертывания крови при проведении процедуры заготовки тромбоцитов методом автоматического афереза.	контейнер	24 856
2. Антикоагулянт ACD-A для заготовки тромбоцитов представляет собой раствор в пластиковом контейнере, имеющий инъекционный порт.		

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

*1. Соответствие химического состава официальной прописи раствора ACD-A.

2. Антикоагулянт должен быть стерильным, прозрачным.

3. Количество раствора антикоагулянта ACD-A в контейнере 500 - 600 мл.

*4. Контейнер с антикоагулянтом должен иметь инъекционный порт,

пригодный для пункции пластиковой иглой.

5. Наличие петли для подвешивания первичной упаковки с раствором антикоагулянта.

6. Пластиковый контейнер с антикоагулянтом должен находиться в индивидуальной защитной упаковке.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №114/26

лот 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Добавочный раствор для заготовки и хранения тромбоцитов, полученных автоматическим аферезом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	Единица измерения	Количество
1. Добавочный раствор предназначен для удлинения сроков хранения тромбоцитов до 7 дней, заготовленных автоматическим аферезом.	контейнер	1000
2. Добавочный раствор представляет собой раствор в пластиковом контейнере с соединительным портом luer lock.		

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

*1. Соответствие химического состава официальной прописи добавочного раствора.

2. Добавочный раствор должен быть стерильным, прозрачным.

3. Количество добавочного раствора в контейнере 500 - 600 мл.

*4. Наличие соединительного порта luer lock, совместимого с набором для заготовки тромбоцитов автоматическим аферезом в добавочном растворе.

5. Наличие петли для подвешивания первичной упаковки с добавочным раствором.

6. Пластиковый контейнер с добавочным раствором должен находиться в индивидуальной защитной упаковке.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №114/26

Лот №9

Наборы для сбора плазмы, клеток крови на автоматических сепараторах крови Spectra Optia: «Системы для лимфоцитафереза»

1. Состав (комплектация):

Поз	Наименование	Кол-во
1.	Система для лимфоцитафереза к сепаратору Spectra Optia (Spectra Optia Collection Set (10120 или аналог)	66 шт.

2. Технические требования:

2.1. Набор должен быть предназначен для выделения мононуклеарных клеток периферической крови на имеющемся аппарате Spectra Optia производства фирмы «CaridianBCT Inc.» (США).

2.2. Набор должен быть предназначен для двухигольного типа процедур.

2.3. Набор должен обеспечивать низкий экстракорпоральный объем (не более 185 мл).

2.4. Полученные периферические мононуклеарные клетки должны храниться не менее 2 суток.

2.5. Набор стерильный, одноразовый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

3.2. Транспортная тара: ящики из картона.

3.3. Поставка продукции потребителю на поддонах (европаллетах).

Наборы для сбора плазмы, клеток крови на автоматических сепараторах крови Spectra Optia: «Системы для лейкоцитафереза, гранулоцитафереза и тромбоцитафереза»

1. Состав (комплектация):

По з	Наименование	Кол-во
1.	Состав: набор для лейкоцитафереза, гранулоцитафереза и тромбоцитафереза используется для деплеции лейкоцитов, сбора гранулоцитов и деплеции тромбоцитов на аппарате Spectra Optia (10310 или аналог)	66 шт.

2. Технические требования:

- 2.1. Набор должен быть предназначен для лейкоцитафереза, гранулоцитафереза и тромбоцитафереза на имеющемся аппарате Spectra Optia производства фирмы «CaridianBCTInc.» «TerumoBCTInc.» (США), (аналог Spectra Optia IDL 10310).
- 2.2. Схема подключения пациента: двухигольная.
- 2.3. Экстракорпоральный объем: не более 300 мл.
- 2.4. Наличие цветовой дифференцировки линий сбора антикоагулянта, восполняющего и замещающего растворы.
- 2.5. В комплекте поставки должен содержать многоразовый филер для фиксации комплекта магистралей для сбора гранулоцитов.
- 2.6. Набор стерильный, одноразовый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.
- 3.2. Транспортная тара: ящики из картона.
- 3.3. Поставка продукции потребителю на поддонах (европаллетах).

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ лота	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор для одновременной сепарации эритроцитов на аппарате Trima Accel, состоящий из: – пункционной иглы с адаптером; – дополнительного малого контейнера объемом не менее 40 мл, предназначенного для взятия образца цельной крови; – донорской линии с Y-соединителем; – лейкоцитарного фильтра; – двух контейнеров для сбора двух доз фильтрованных эритроцитов в добавочном растворе, обедненных лейкоцитами; – соединительной магистрали для контейнера с антикоагулянтом; – соединительной магистрали для контейнера с добавочным раствором САГМ; – соединительной магистрали для контейнера с раствором натрия хлорида 0,9 % для инфузий (восполняющего раствора); – антибактериального фильтра на линии для соединения с контейнером с антикоагулянтом; – устройства для сепарации крови.	шт.	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Расходные материалы (набор) для одновременной сепарации эритроцитов на аппарате Trima Accel предназначены для получения двух доз эритроцитов, обедненных лейкоцитами, в добавочном растворе от одного донора с использованием автоматических сепараторов Trima Accel (Terumo BCT).

*2.2. Набор – стерильный, герметичный, для одноразового

использования.

***2.3. Набор должен обеспечивать получение двух доз эритроцитов, обедненных лейкоцитами, в добавочном растворе по качеству соответствующих требованиям:**

2.3.1. Гемоглобин не менее 40 г в дозе (единице хранения).

2.3.2. Остаточное количество лейкоцитов в дозе (200 мл) – менее 1×10^6 .

2.4. Обеспечение одноигольного доступа.

2.5. Диаметр иглы 16G (или 17G) (1,6 мм или 1,5 мм).

2.6. Наличие атравматического отверстия на стенке иглы.

2.7. Упаковка набора обеспечивает стерильность и защиту от влаги.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение участника подлежит отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №114/26

Лот № 12

Антикоагулянт (ACD-A)1.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ лота	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Антикоагулянт (ACD-A)	шт.	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

***2.1 Антикоагулянт ACD-A представляет собой раствор в пластиковом контейнере и совместим с набором для одновременной сепарации эритроцитов на аппарате Trima Accel.**

2.2. Объем антикоагулянта ACD-A в контейнере – не менее 500 мл.

2.3. Химический состав раствора ACD-A: лимонная кислота, глюкоза, цитрат натрия; кислотность – pH 4,7–5,3.

***2.4 Раствор антикоагулянта – стерильный, апиrogenный, прозрачный.**

2.5. Наличие петли для подвешивания первичной упаковки с раствором антикоагулянта.

2.6. Упаковка набора обеспечивает стерильность и защиту от влаги.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение участника подлежит отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №114/26

Лот №13

Добавочный раствор (SAG-M) для хранения эритроцитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ лота	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Добавочный раствор (SAG-M) для хранения эритроцитов	шт.	300 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

*2.1. Добавочный (ресуспендирующий) раствор для эритроцитов представляет собой раствор в пластиковом контейнере.

2.2. Соответствие химического состава официальной прописи добавочного (ресуспендирующего) раствора SAGM.

2.3. Добавочный (ресуспендирующий) раствор должен быть стерильным, апирогенным, прозрачным.

2.4. Количество добавочного (ресуспендирующего) раствора в контейнере – не менее 300 мл.

*2.5. Наличие инъекционного порта с соединением «luer lock».

2.6. Наличие петли для подвешивания первичной упаковки с добавочным раствором.

2.7. Упаковка набора обеспечивает стерильность и защиту от влаги.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение участника подлежит отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.