

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	закрытая система для санации №8	шт.	2
	закрытая система для санации №10	шт.	2
2	закрытая система для санации №12	шт.	25
3	закрытая система для санации №14	шт.	450
4	закрытая система для санации №16	шт.	537

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Атравматичный маркированный катетер Мюлли длиной более 50 см.

2.2. Тонкий прозрачный защитный рукав для катетера.

2.3. Промывочная камера катетера с промывочным портом со встроенным невозвратным клапаном.

2.4. Отсутствие латекса в изделии.

2.5. Защитная предохранительная крышка кнопки управления вакуумом.

2.6. Центр управления вакуумной аспирацией заканчивается коннектором источника вакуума с кольцами для плотного соединения.

2.7. Конструкция Т-образного узла включает в себя апертуру для присоединения к эндотрахеальной или трахеостомической трубке и апертуру для присоединения к дыхательному контуру со стандартными коннекторами 15/22 мм.

2.8. Поворотный коннектор для присоединения дыхательного контура аппарата ИВЛ.

2.9 Продолжительность использования системы не менее 24 часов.

2.10. Все расходные материалы – стерильные.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно документам организатора (заказчика).