

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом для подачи кислорода 11F /830мм	шт.	5
2	Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом для подачи кислорода 14F/ 830мм	шт.	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Материал изделия - покрытие нетоксичным поливинилхлоридом;
- 2.2. Длина изделия не более 830мм.
- 2.3. Наличие внутреннего канала для подачи кислорода.
- 2.4. Предназначение - во время интубации или реинтубации.
- 2.5. Наличие в наборе коннектора: 15 мм.
- 2.6. Все расходные материалы – стерильны, предназначены для многократного применения (с возможностью стерилизации в газовой камере), упакованы в индивидуальную упаковку.

2.7. Защита от влаги при хранении расходных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Согласно документам организатора (заказчика).