

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления с регулируемой длиной с дополнительный надглоточным аспирационным катетером №8,5	шт.	60
2	Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления с регулируемой длиной с дополнительный надглоточным аспирационным катетером №8	шт.	30
3	Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления с регулируемой длиной с дополнительный надглоточным аспирационным катетером №7,5	шт.	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 Материал трубки – термопластичный и смягчаемый при температуре тела прозрачный ПВХ, гипоаллергенный;
- 2.2 Наличие рентгенконтрастной линии на протяжении всей трубки;
- 2.3 Атравматичный дистальный конец;
- 2.4 Наличие манжеты большого объема низкого давления;
- 2.5 Наличие контрольного (пилотного) баллона с клапаном Luer и Luer-Lock соединения;
- 2.6 Наличие дополнительного канала для регулярной аспирации содержимого из надманжеточного пространства;
- 2.7 Наличие в комплекте obturator и шейной ленты;
- 2.8 Наличие гибких подвижных фланцев для регуляции длины трубки;
- 2.9 Все расходные материалы – стерильны, предназначены для одноразового применения, упакованы в индивидуальную упаковку;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №718/26

лот 8

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)**

предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Трубка трахеостомическая армированная с манжетой низкого давления с регулируемой длиной №9	шт.	5
2	Трубка трахеостомическая армированная с манжетой низкого давления с регулируемой длиной №8,5	шт.	30
3	Трубка трахеостомическая армированная с манжетой низкого давления с регулируемой длиной №8	шт.	35
4	Трубка трахеостомическая армированная с манжетой низкого давления с регулируемой длиной №7,5	шт.	35

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Материал трубки – термопластичный прозрачный ПВХ. гипоаллергенный;

2.2 Армирование из нержавеющей стали, устойчивое к перегибам;

2.3 Наличие рентгенконтрастной линии на протяжении всей трубки;

2.4 Атравматичный дистальный конец;

2.5 Наличие манжеты большого объема низкого давления;

2.6 Наличие контрольного (пилотного) баллона с клапаном Luer и Luer-Lock соединения;

2.7 Наличие в комплекте obtуратора и шейной ленты;

2.8 Наличие гибких подвижных фланцев для регуляции длины трубки;

2.9 Все расходные материалы – стерильны, предназначены для одноразового применения, упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика),

БелМТ №718/26

лот 3

**Описание потребительских, функциональных, технических, ~~качественных~~
и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество
1	Набор для закрытой трахеостомии со щипцами Говарда-Хейли	шт.	95

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Состав набора: скальпель, игла – канюля, шприц 5-10 мл, гибкий J-образный проводник, дилататор, многоразовые металлические щипцы Говарда-Хейли с каналом для проводника, трахеостомическая термопластичная трубка с манжетой низкого давления диаметром 7.5 - 8.5 мм

2.2. Материал – термопластичный, гипоаллергенный

2.3. Наличие рентген контрастной линии

2.4. Наличие у трахеостомической трубки манжеты низкого давления и стандартного 15 мм коннектора

2.5. Все расходные материалы – стерильные

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №718/26

лот 4

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество
1	Набор для закрытой трахеостомии по Сиг-ли с конусообразным чрезкожным дилататором трахеи	шт.	122

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Состав набора: скальпель, игла – канюля, шприц 5-10 мл, гибкий J-образный проводник, конусообразный дилататор трахеи с нанесенной маркировкой глубины проведения, набор интродюсеров для трахеостомических трубок диаметром 7, 8 и 9 мм, стерильный гель-лубрикант, марлевые салфетки, трахеостомическая трубка с манжетой низкого давления с внутренним диаметром 8.0 мм

2.2. Материал – термопластичный, гипоаллергенный

2.3. Наличие у трахеостомической трубки рентген контрастной линии

2.4. Наличие у трахеостомической трубки манжеты низкого давления и стандартного 15 мм коннектора

2.5. Все расходные материалы – стерильные

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).