

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская областная

детская

клиническая

больница»

Д.В.Зайцев

20__ г.

1. Заявка на закупку: Аппаратов слуховых цифровых для коррекции средней и тяжелой потери слуха

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223053 Минский район, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, д.19Б/5.
Учетный номер плательщика	100805135
Адрес электронной почты	snab@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

Номер лота №1	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Аппараты слуховые цифровые для коррекции средней потери слуха
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению №1
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	26.60.14.300
Объем (количество)	2 шт
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	4300,00 бел.руб.
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет
Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий"	Да
Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих	Да

такие товары, к участию в процедурах государственных закупок"	
Требования к участникам	согласно ч.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 419-З

Номер лота №2	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Аппараты слуховые цифровые для коррекции тяжелой потери слуха
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению №2
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	26.60.14.300
Объем (количество)	2 шт
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	4500,00 бел.руб.
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет
Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий"	Да
Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок"	Да
Требования к участникам	согласно ч.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 419-З

2. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

- начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна, тел. 265 39 40.
- врач-оториноларинголог слухопротезного кабинета консультативной поликлиники УЗ «Минская областная детская клиническая больница» О.А. Пачковская, тел. 265 17 26

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация):		Единица измерения	Количество
1.1	Цифровые слуховые аппараты заушного типа для коррекции средней потери слуха	шт	2
1.2	Адаптер для подключения цифровых слуховых аппаратов (каблук или флекса или шнур)	шт	2
1.3	Устройство для беспроводного соединения/подключения цифровых слуховых аппаратов	шт	1
1.4	Элементы питания (не менее 6-ти в комплекте)	комплект	6
2. Технические характеристики		Единица измерения	
2.1	Максимальное усиление (пик)	Не менее 55 dB, не более 75 dB	
2.2	Максимальный (пик) выходной уровень звукового давления (90 dB УЗД)	Не менее 110 dB УЗД, но не более 140 dB УЗД	
2.3	Частотный диапазон	Не менее 100 Гц, и от 6000 Гц и более	
2.4	Каналы цифровой обработки звука	Не менее 6** или бесканальный	
2.5	Чувствительность телефонной катушки 1 мА/м (1600 Гц)	Не менее 80 dB УЗД не более 100 dB УЗД	
2.6	Общие гармонические искажения (1600 Гц)	Не более 2,0%	
2.7	Эквивалентный уровень входного шума (всеаправленный 1600 Гц)	Не более 25 dB УЗД	
2.8	Потребляемый ток (эксплуатация)-	Не более 1,5 мА	
2.9	Динамическое устранение акустической обратной связи (адаптивный фидбэкменеджер)	Наличие	
2.10	Возможность настройки с применением алгоритмов DSL, NA1**	Наличие	
2.11	Звуковой индикатор разряда элемента питания	Наличие	
2.12	Программируемая телекатушка	Наличие	
2.13	Регулятор громкости на корпусе слухового аппарата	Наличие	
2.14	Возможность подключения аудио и FM-оборудования	Наличие	
2.15	Элементы питания	Тип батареи 13 или 675	

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация):		Единица измерения	Количество
1.1	Цифровые слуховые аппараты заушного типа для коррекции тяжелой потери слуха	шт	2
1.2	Адаптер для подключения цифровых слуховых аппаратов (каблук или флекса или шнур)	шт	2
1.3	Устройство для беспроводного соединения/подключения цифровых слуховых аппаратов	шт	1
1.4	Элементы питания (не менее 6-ти в комплекте)	комплект	6
2. Технические характеристики		Единица измерения	
2.1	Максимальное усиление (пик)	Не менее 75 dB, не более 90 dB	
2.2	Максимальный (пик) выходной уровень звукового давления (90 дБ УЗД)	Не менее 135 dB УЗД, но не более 145 dB УЗД	
2.3	Частотный диапазон	Не менее 100 Гц, и от 5000 Гц и более	
2.4	Каналы цифровой обработки звука	Не менее 6** или бесканальный	
2.5	Чувствительность телефонной катушки 1 мА/м (1600 Гц)	Не менее 91 dB УЗД не более 115 dB УЗД	
2.6	Общие гармонические искажения (1600 Гц)	Не более 2,5%	
2.7	Эквивалентный уровень входного шума	Не более 27 dB УЗД	
2.8	Потребляемый ток (эксплуатация)	Не более 2,0 мА	
2.9	Динамическое устранение акустической обратной связи (адаптивный фидбэкменеджер)	Наличие	
2.10	Возможность настройки с применением алгоритмов DSL, NAI**	Наличие	
2.11	Звуковой индикатор разряда элемента питания	Наличие	
2.12	Программируемая телекатушка	Наличие	
2.13	Регулятор громкости на корпусе слухового аппарата	Наличие	
2.14	Возможность подключения аудио и FM-оборудование	Наличие	

2.15	Элементы питания	Тип батареи 13 или 675
------	------------------	------------------------

Разработчики:

Зав. консультативной поликлиники



Л.И. Тарасюк

Врач-оториноларинголог
слухопротезного кабинета
консультативной поликлиники



О.А. Пачковская