

БелМТ №728/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Изделия полимерные для лабораторных исследований

Пробирка пластиковая объёмом 15 мл с градуировкой, с винтовой крышкой, с коническим дном

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Пробирка пластиковая объёмом 15 мл	шт.	2 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пробирки должны быть с градуировкой, с коническим дном.

2.2. Винтовая крышка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно : документам организатора (заказчика).

БелМТ №728/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Изделия полимерные для лабораторных исследований
Пробирки круглодонные для проточного цитофлуориметра

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Пробирки круглодонные для проточного цитофлуориметра	шт.	13 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пробирки должны быть полистироловые прозрачные.

2.2. Объем 5 мл.

2.3. Размеры 12х75 мм.

2.4. Пробирки должны быть совместимы с имеющимися анализаторами FACSCanto, FACSLytic, производства Becton Dickinson, США.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора (заказчика).