

закупка

УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии
Кроткова Е.Н.

02.06.2026

ЗАДАНИЕ

на закупку аппарата для свертывания питательных сред
для Республиканской референс-лаборатории

1. Предмет расходные материалы.
2. Код ОКРБ: 26.51.70.100
3. Описание предмета закупки: предназначена для приготовления питательных сред
4. Область применения – клиническая лабораторная диагностика

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Количество
1.	Аппарат для свертывания питательных сред	1. Аппарат предназначен для свертывания яичных питательных сред. 2. Количество загружаемых одновременно пробирок – не менее 236 шт. 3. Рабочая температура камеры 80-85°C. 4. Автоматическое поддержание в рабочей камере заданной температуры. 5. Наличие принудительной вентиляции, обеспечивающей равномерное распределение температуры по всей рабочей камере. 6. Наличие электронного блока управления с возможностью регулировки температурного режима и установки времени. 7. Погрешность поддержания температуры в опорной точке рабочей камере аппарата в рабочем режиме $\leq 0,2^{\circ}\text{C}$.	2 шт

		8. Предельное отклонение температуры в контрольных точках рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем объеме $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. 9. Наличие сигнальных устройств для сигнализации о включении электропитания, нагрева, отклонения температуры в рабочих камерах от номинальной величины, завершения работы. 10. Питание от сети переменного тока – 220 В, 50 Гц.	
2.	Кассета для пробирок	1. Кассета для пробирок диаметром 16 мм. 2. Возможность регулировки угла наклона вставляемых пробирок.	4 шт

5. Требования, предъявляемые к сроку годности, стерильности: срок годности и стерильности не менее 80% срока, установленного производителем, с приложением паспортов качества товара.

6. Наличие на товар регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Республики Беларусь, или разрешение на разовый ввоз товара (при отсутствии регистрационного удостоверения) «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

7. Требования к документальному подтверждению качества товара сформированы с учетом гарантии качества и правильности получаемых результатов при обследовании пациентов.

8. Гарантийное обслуживание - 12 мес.