

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Окклюдеры для окклюзии ДМПП (дефектов межпредсердной перегородки) с подвижным соединением окклюдера с толкателем для пациентов младшей возрастной группы	шт. количество окклюдеров по диаметрам окончательно определяется с фирмой победителем до поставки	30
1.2.	Доставочные наборы, соответствующие размерам окклюдеров (доставочный катетер + толкатель + загрузочный катетер, проводник если предусмотрены конструкцией)	шт. количество по диаметрам и длине уточняется с фирмой победителем до поставки	35

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Окклюдер должен иметь сетчатое строение, конфигурацию из двух дисков - большего диаметра для левого предсердия, меньшего - для правого предсердия. междисковая часть - соответствующая размеру окклюдера.

2.2. Соединение толкателя с окклюдером должно быть подвижным.

2.3. Окклюдер должен быть изготовлен из нитиноловой проволоки с покрытием.

2.4. Имплантация окклюдера с размером центральной части 6 - 10 мм должна осуществляться через доставочный катетер диаметром не более 7 French (2,3 мм).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Окклюдеры для окклюзии ДМПП (дефектов межпредсердной перегородки) с подвижным соединением окклюдера с толкателем	шт. количество окклюдеров по диаметрам окончательно определяется с фирмой победителем до поставки	30
1.2.	Доставочные наборы, соответствующие размерам окклюдеров (доставочный катетер + толкатель + загрузочный катетер если предусмотрен конструкцией)	шт. количество по диаметрам и длине уточняется с фирмой победителем до поставки	35

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Окклюдер должен иметь сетчатое строение, конфигурацию из двух дисков - большего диаметра для левого предсердия, меньшего – для правого предсердия, междисковая часть – соответствующая размеру окклюдера.

2.2. Соединение толкателя с окклюдером должно быть подвижным

2.3. Окклюдер должен быть изготовлен из нитиноловой проволоки с покрытием.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Окклюдеры для окклюзии ООО (открытого овального окна) с подвижным соединением окклюдера с толкателем	шт. количество окклюдеров по диаметрам окончательно определяется с фирмой победителем до поставки	20
1.2.	Доставочные наборы, соответствующие размерам окклюдеров (доставочный катетер + толкатель + загрузочный катетер если предусмотрен конструкцией)	шт. количество по диаметрам и длине уточняется с фирмой победителем до поставки	25

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Окклюдер должен иметь сетчатое строение, конфигурацию из двух дисков - для левого предсердия, второй – для правого предсердия.

2.2. Соединение толкателя с окклюдером должно быть подвижным

2.3. Окклюдер должен быть изготовлен из нитиноловой проволоки с покрытием.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Окклюдеры для окклюзии множественных ДМПП (дефектов межпредсердной перегородки) с подвижным соединением окклюдера с толкателем	шт. количество окклюдеров по диаметрам окончательно определяется с фирмой победителем до поставки	10
1.2.	Доставочные наборы, соответствующие размерам окклюдеров (доставочный катетер + толкатель + загрузочный катетер если предусмотрен конструкцией)	шт. количество по диаметрам и длине уточняется с фирмой победителем до поставки	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "() государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Окклюдер должен иметь сетчатое строение, конфигурацию из двух дисков - для левого предсердия, второй – для правого предсердия.

2.2. Соединение толкателя с окклюдером должно быть подвижным.

2.3. Окклюдер должен быть изготовлен из нитиноловой проволоки с покрытием.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Окклюдеры для окклюзии ОАП	шт. количество окклюдеров по диаметрам окончательно определяется с фирмой победителем до поставки	15
1.2.	Доставочные наборы, соответствующие размерам окклюдеров (доставочный катетер + толкатель + загрузочный катетер если предусмотрен конструкцией)	шт. количество по диаметрам и длине уточняется с фирмой победителем до поставки	17

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "(О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Окклюдер должен иметь сетчатое строение, изготовлен из нитиноловой проволоки с покрытием.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Окклюдер типа «Сосудистая пробка» тип «восьмерка»	шт. количество окклюдеров по диаметрам окончательно определяется с фирмой победителем до поставки	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Окклюдер должен иметь сетчатое строение, конфигурацию из двух овальных цилиндров одинакового диаметра типа «∞» (восьмёрки)

2.2. Возможность доставки устройств через стандартные диагностические катетеры с внутренним просветом 0.038 inch (0,9652 мм)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Окклюдер типа «Сосудистая пробка»	шт. количество окклюдеров по диаметрам окончательно определяется с фирмой победителем до поставки	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Окклюдер должен иметь сетчатое строение, конфигурацию из трех дисков равного диаметра, периферические диски узкие, центральный диск широкий.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Спирали отделяемые с системой доставки (доставочный катетер + микрокатетер)	шт количество спиралей по типоразмерам определяется с фирмой победителем до поставки	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Спираль должна быть диаметром не более 0.010-0.018 inch (0,254-0,4572 мм).

2.2. Спираль должна быть моделирована под несколько витков (более одного).

2.3. Спираль должна прикрепляться к толкателю с возможностью электрохимического или гидравлического отсоединения спирали от толкателя после имплантации и возможностью извлечения не отстёгнутой спирали при некорректной её имплантации.

2.4. Количество систем отсоединения спиралей должно соответствовать количеству спиралей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"	Единица измерения	Количество
1.1	Баллонные катетеры для вальвулопластики с «талией» в центральной части	- диаметр баллона 10 мм - длина баллона 30 ± 2 мм - совместимость с интродьюсером 7 French (2.3 мм) - длина катетера 100 - 120 см - совместимость с проводником 0.035 inch (0.889 мм) - давление разрыва не менее 9 ± 1 атм.	шт	5
1.2	Баллонные катетеры для вальвулопластики с «талией» в центральной части	- диаметр баллона 12 мм - длина баллона 30 ± 2 мм - совместимость с интродьюсером 8 French (2.7 мм) - длина катетера 100 - 120 см - совместимость с проводником 0.035 inch (0.889 мм) - давление разрыва не менее 7 ± 1 атм.	шт	5
1.3	Баллонные катетеры для вальвулопластики с «талией» в центральной части	- диаметр баллона 14 мм - длина баллона 30 ± 2 мм - совместимость с интродьюсером 9 French (3.0 мм) - длина катетера 100 - 120 см - совместимость с проводником 0.035 inch (0.889 мм) - давление разрыва 6 ± 1 атм.	шт	5
1.4	Баллонные катетеры для вальвулопластики с «талией» в центральной части	- диаметр баллона 16 мм - длина баллона 30 ± 2 мм - совместимость с 9 French (3.0 мм) - длина катетера 100 - 120 см - совместимость с проводником 0.035 inch (0.889 мм) - давление разрыва 5 ± 1 атм.	шт	5
1.5	Баллонные катетеры для вальвулопластики с «талией» в центральной части	- диаметр баллона 18 мм - длина баллона 40 ± 2 мм - совместимость с интродьюсером 10 French (3.3 мм) - длина катетера 100 - 120 см - совместимость с проводником 0.035 inch (0.889 мм) - давление разрыва 4 ± 1 атм.	шт	3
1.6.	Баллонные катетеры для	- диаметр баллона 20 мм - длина баллона 40 ± 2 мм	шт	3

вальвулопластики с «талией» в центральной части	- совместимость с интродьюсером 12 French (4,0 мм) - длина катетера 100 - 120 см - совместимость с проводником 0.035 inch (0,089 мм) - давление разрыва 4 = 1 атм.		
Всего подлежит закупке:		шт	26

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Ангиографический катетер типа «GENSINI» 5 French (1,67 мм), длина 90 - 100 см	шт	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильно

2.2. Индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Ангиографический катетер типа «Cobra1» без боковых отверстий, 5 French (1,67 мм), длина 65 - 75 см	шт	20
1.2	Ангиографический катетер типа «Cobra2» без боковых отверстий, 5 French (1,67 мм), длина 65 - 75 см	шт	20
1.3	Ангиографический катетер типа «Cobra3» без боковых отверстий, 5 French (1,67 мм), длина 65 - 75 см	шт	20
Всего подлежит закупке:		шт	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильно

2.2. Индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Ангиографические катетеры для коронарографии JR3.5 5 French (1,67 мм), длина 90 - 105 см	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильно

2.2. Индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Ангиографические катетеры для коронарографии JL1,5 4 French (1,33 мм), длина 65 - 75 см	шт	10
1.2	Ангиографические катетеры для коронарографии JL2,5 4 French (1,33 мм), длина 65 - 75 см	шт	10
1.3	Ангиографические катетеры для коронарографии JR1,5 4 French (1,33 мм), длина 65 - 75 см	шт	10
1.4	Ангиографические катетеры для коронарографии JR2,5 4 French (1,33 мм), длина 65 - 75 см	шт	10
1.5	Ангиографические катетеры для коронарографии AL1 5 French (1,67 мм), длина 90 - 100 см	шт	10
1.6	Ангиографические катетеры для коронарографии AR1 5 French (1,67 мм), длина 90 - 100 см	шт	10
Всего подлежит закупке:		шт	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильно

2.2. Индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Ангиографические катеты типа «Internal Mammary» 4 French (1,33 мм), длина 70 - 100 см	шт	10
1.2.	Ангиографические катеты типа «Internal Mammary» 5 French (1,67 мм), длина 70 - 100 см	шт	10
Всего подлежит закупке:		шт	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "(О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильно

2.2. Индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Катетеры диагностические гидрофильные типа «Cobra 2» 5 French (1,67 мм) – 90-100 см	шт	5
1.2	Катетеры диагностические гидрофильные типа «Multipurpose» 5 French (1,67 мм) – 90- 100 см	шт	5
1.3	Катетеры диагностические гидрофильные типа «Vertebral» 5 French (1,67 мм) – 90-100 см	шт	5
1.4	Катетеры диагностические гидрофильные типа «Straight» 5 French (1,67 мм) – 120-125 см	шт	5
1.5	Катетеры диагностические гидрофильные типа «Straight» 4 French (1,33 мм) – 120-125 см	шт	5
Всего подлежит закупке:		шт	25

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Катетер должен иметь гидрофильное покрытие

2.2. Стерильно, индивидуальная упаковка

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Проводники диагностические 0.035 inch, (0,889 мм) длина 145 - 150 см, тип кончика - J тип мягкий	шт	1 000
1.2.	Проводники диагностические 0.035 inch (0,889 мм), длина 145 - 150 см, тип кончика – прямой мягкий	шт	50
1.3.	Проводники диагностические 0.035 inch (0,889 мм), длина 260 (±10) см, тип кончика – J тип мягкий	шт	300
1.4.	Проводники диагностические 0.035 inch (0,889 мм), длина 200 - 260 см, тип кончика – прямой мягкий	шт	50
Всего подлежит закупке		шт.	1 400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Все проводники должны иметь металлическую основу и тефлоновое покрытие на всем протяжении

2.2. Кончик проводников должен быть фиксированным

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Проводники диагностические 0.025 inch (0,635 мм), длина 200 - 260 см, тип кончика – J тип мягкий	шт	50
1.2	Проводники диагностические 0.018 inch (0,4572 мм), длина 200 - 260 см, тип кончика – J тип мягкий	шт	30
1.3	Проводники диагностические 0.018 inch (0,4572 мм), длина 200 - 260 см, тип кончика – прямой мягкий	шт	20
Всего подлежит закупке:		шт	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Все проводники должны иметь металлическую основу и теслоновое покрытие на всем протяжении

2.2. Кончик проводников должен быть фиксированным

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Проводники диагностические 0.032 inch (0,8128 мм), длина 200 - 260 см, тип кончика – J тип мягкий	шт	50
1.2.	Проводники диагностические 0.032 inch (0,8128 мм), длина 200 - 260 см, тип кончика – прямой мягкий	шт	50
Всего подлежит закупке:		шт	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Все проводники должны иметь металлическую основу и теслоновое покрытие на всем протяжении

2.2. Кончик проводников должен быть фиксированным

2.3. Радиус кривизны кончиков всех проводников J типа должен быть 3 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Проводники диагностические 0.021 inch (0,5334 мм), длина 160 - 200 см, тип кончика – J тип мягкий	шт	30
1.2.	Проводники диагностические 0.021 inch (0,5334 мм), длина 160 - 200 см, тип кончика – прямой мягкий	шт	30
Всего подлежит закупке:		шт	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Все проводники должны иметь металлическую основу и тефлоновое покрытие на всем протяжении

2.2. Кончик проводников должен быть фиксированным

2.3. Радиус кривизны кончиков всех проводников J типа должен быть 3 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Жесткие проводники типа Amplatz Super:			
1.1.	Жесткие проводники типа Amplatz Super Stiff 0.035 inch (0,089 мм), длина 260 - 300 см, радиус загиба кончика 3 мм	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильно

2.2. Индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Супержесткие проводники типа Lunderquist:			
1.1.	Супержесткие проводники типа Lunderquist 0.035 inch (0,089 мм), длина 260 - 300 см модифицированный J тип, радиус загиба кончика 6 - 7,5 мм	шт	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Все проводники должны иметь металлическую основу и титановое покрытие на всем протяжении

2.2. Кончик проводников должен быть фиксированным

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Проводники диагностические с гидрофильным покрытием 0.035 (0,089 мм) inch, длина 150 см, кончик ангулированный 45°	шт	100
1.2.	Проводники диагностические с гидрофильным покрытием 0.035 inch (0,089 мм), длина 260 см, кончик ангулированный 45°	шт	150
1.3.	Устройство управления вращением	шт	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. для пп. 1.3. состава (комплектация) медицинских изделий:

2.1.1. Отсутствие металлических частей для исключения повреждения гидрофильного покрытия;

2.1.2. Совместимость с проводниками 0.014 - 0.038 inch (0,3556-0,9652 мм)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Проводники диагностические с гидрофильным покрытием 0.035 inch (0,089 мм), длина 150 см, кончик J - тип	шт	50
1.2.	Проводники диагностические с гидрофильным покрытием 0.035 inch (0,089 мм), длина 260 см, кончик J - тип	шт	100
Всего подлежит закупке:		шт	150

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильно

2.2. Индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Проводники коронарные:			
1.1.	Проводники коронарные (прямые) 0.014 inch (0,3556 мм) с функцией extra support	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Дистальный кончик проводника типа "floppy tip"

2.2. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tip load) 0,5 - 0,8 г.

2.3. Возможность осуществления внешней поддержки (extra support).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Универсальные коронарные проводники:			
1.1.	Универсальные коронарные проводники (прямые) 0.014 inch (0,3556 мм) длиной 175 - 190 см.	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Гидрофильное покрытие основной (наружной) оплетки

2.2. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tip load) - 0,5° ($\pm 10\%$).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Универсальные коронарные проводники:			
1.1.	Универсальные коронарные проводники (прямые) 0.014 inch (0,3556 мм) длиной 175 - 190 см.	шт	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Гидрофильное покрытие основной (наружной) оплетки

2.2. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tip load) - 0,8° ($\pm 10\%$).

2.3. Зауженный дистальный кончик

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.