

Лот № 1
Технические характеристики
Запасные части к цифровому линейному ускорителю
Elekta Versa HD (с/н 156326)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Плата управления динамическими направляющими лепестков и диафрагмами к ускорителю линейному (кат. № 1564298), или аналог	шт.	2
2	Магнетрон e2v MG6370 к ускорителю линейному (кат. № 45133308530), или аналог	шт.	1
3	Плата управления моторами лепестков к ускорителю линейному (кат. № 1517657), или аналог	шт.	2
4	Программируемая плата роугинового устройства Agility к ускорителю линейному (кат. № 1564361), или аналог	шт.	1

2. Технические требования.

2.1 изделие должно быть оригинальным, аналогичным и восстановленным на заводе-изготовителе, при условии сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим и наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара;

2.2 полная совместимость с цифровыми линейными ускорителями Elekta Versa HD (производства Elekta AB, Швеция).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Гарантийный период: не менее 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

БелМТ №732/26

Лот № 2

**Технические характеристики
Запасные части к цифровому линейному ускорителю
Elekta Infinity (с/п 156328)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Магнетрон e2v MG6370 к ускорителю линейному (кат. № 45133308530), или аналог	шт.	1
2	Плата управления динамическими направляющими лепестков и диафрагмами к ускорителю линейному (кат. № 1564298), или аналог	шт.	2
3	Мотор с тормозом в сборе для перемещения стола пациента по вертикальной оси к ускорителю линейному (кат. № 1572997), или аналог	шт.	1
4	Потенциометр 20 кОм, однооборотный, к ускорителю линейному (кат. № 4513316441202U), или аналог	шт.	1
5	Набор ключей для лепестков к линейному ускорителю (кат. № 1016478), или аналог	шт.	1
6	Плата входных серво сигналов к ускорителю линейному (кат. № 1568178), или аналог	шт.	1

2. Технические требования.

2.1 изделие должно быть оригинальным, аналогичным и восстановленным на заводе-изготовителе, при условии сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим и наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара;

2.2 полная совместимость с цифровым линейным ускорителем Elekta Infinity (производства Elekta AB, Швеция).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Гарантийный период: не менее 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.