

Приложение 1

Лоты 1-16

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Катетер/зонд желудочный

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. предназначены для аспирационно-промывочного лечения желудка

2.2. изготовлены из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов

2.3. наличие 2-х боковых отверстий на кончике

2.4. обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки

2.5. кончик зонда запаян, закруглен

2.6. длина не менее 140 см

2.7. Изделия должны быть стерильными

2.8. Индивидуальная упаковка

2.9. однократного применения

Главный внештатный специалист
по анестезиологии и реанимации



В.В. Гоменюк