

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1**1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)**

№п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Аппарат автоматического плазмафереза	3 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование	Наличие функции или величина параметра
2.1.	Собираемые компоненты крови	Свежезамороженная плазма; Лейкоредуцированная свежезамороженная плазма (количество остаточных лейкоцитов $<1 \cdot 10^6$ клеток в единице); Аутоплазма свежезамороженная лейкоредуцированная (количество остаточных лейкоцитов $<1 \cdot 10^6$ клеток в единице)
2.2.	Принцип действия	Прерывисто-поточное центрифугирование
2.3.	Камера сепарации	Центрифужный колокол
2.4.	Сосудистый доступ	Одноигольный
2.5.	Загрузка насосов и первичное заполнение	Автоматическое
2.6.	Датчик воздуха	Наличие
2.7.	Датчик давления донора	Наличие
2.8.	Весы антикоагулянта	Наличие
2.9.	Весы плазмы	Наличие
2.10.	Сканер штрих-кода	Наличие
2.11.	Датчик утечки в камере центрифуги	Наличие
2.12.	Аппаратный контроль закрытия крышки датчика линии	Наличие
2.13.	Световой индикатор состояния	Наличие

	процедуры с 4 вариантами состояний	
2.14.	Дисплей для донора	Наличие
2.15.	Количество насосов	Наличие
2.16	Минимальная скорость насоса крови при сборе плазмы	60 мл/мин
2.17	Отображение данных процедуры на дисплее	Наличие
2.18	Оптический датчик в камере центрифуги	Наличие
2.19	Оптический датчик на выходе из камеры сепарации	Наличие
2.20	Скорость центрифуги	от 3000 до 7500 об/мин
2.21	Таймер дезинфекции	Наличие
2.22	Таймер венепункции	Наличие
2.23	Автоматическое заполнение линии донора после повторной венепункции	Наличие
2.24	Контроль и информация об оставшемся количестве крови донора в колоколе при экстренном прекращении процедуры	Наличие
2.25	Возможность работы на выезде	Наличие
2.26	Вес, не более	25 кг
2.27	Уровень шума, полный рабочий цикл, не более	43 Дц

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 2**1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)**

№п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Аппарат автоматического плазмафереза	3 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование	Наличие функции или величина параметра
2.1.	Собираемые компоненты крови	Свежезамороженная плазма; Лейкоредуцированная свежезамороженная плазма (количество остаточных лейкоцитов $<1 \cdot 10^6$ клеток в единице); Аутоплазма свежезамороженная лейкоредуцированная (количество остаточных лейкоцитов $<1 \cdot 10^6$ клеток в единице)
2.2	Принцип действия	Вращение мембраны с параллельной фильтрацией плазмы
2.3	Сосудистый доступ	Одноигольный
2.4	Загрузка насосов и первичное заполнение	Автоматическое
2.5	Датчик воздуха	Наличие
2.6	Датчик давления донора	Наличие
2.7	Регулировка соотношения антикоагулянт-кровь	от 1:8 до 1:20
2.8	Весы плазмы	Наличие
2.9	Дисплей для донора	Наличие
2.10	Количество насосов	Наличие
2.11	Скорость насоса крови при сборе	до 130 мл /мин на сборе

	плазмы	до 150 мл/мин на возврате
2.12	Отображение данных процедуры на дисплее	Наличие
2.13	Скорость центрифуги	от 3600 до 6000 об/мин
2.14	Таймер дезинфекции	Наличие
2.15	Таймер венепункции	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.