



Лот № 1

**Изделия для мониторинга состояния пациента – ЭКГ электроды
(MR-совместимые)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Изделия для мониторинга состояния пациента – ЭКГ электроды (MR-совместимые)	шт	500

2. Технические характеристики (описание):

2.1 Гипоаллергенная нетканая основа в сочетании с токопроводящим гелем;

2.2 тип геля – твердый;

2.3 размеры электрода – диаметр от 4 см до 6 см (или эквивалентный размер в случае предложения электродов другой геометрической формы;

2.4 изделие однократного применения;

2.5 рентгенопрозрачность;

2.6 материал токопроводящего элемента MR-совместим;

2.7 тип соединения – шуп.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Гарантийный период: в соответствии с гарантийными обязательствами завода изготовителя;

3.2 упаковка: должна обеспечивать сохранность изделия, при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах;

3.3 изделие должно быть не бывшим в употреблении, не восстановленным;

3.4 полная совместимость с магнитным полем 1.5T и 3.0T;

3.5 полная совместимость с системой мониторинга пациента для MPT Philips Expression MR200 (Нидерланды).

3.6 полная совместимость с монитором медицинским MAGLIFE Serenity Schiller (Франция).

Разработчики:

Зав.каб.МРТ

Е.С.Филимонова

Врач лучевой диагностики

О.О.Судоргина

Рентгенолаборант

А.Л.Алексеева