

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Аппарат для выполнения оптической когерентной томографии (ОКТ) и внутрисосудистого УЗИ (ВСУЗИ)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Основной блок (консоль) системы обработки получаемым методом ОКТ и ВСУЗИ	1 шт.
1.2	Монитор врача	1 шт.
1.3	Монитор оператора	1 шт.
1.4	Блок управления (для подключения датчиков и их протяжки)	1 шт.
1.5	Мобильная тележка для перемещения системы	1 шт.
1.6	Катетер для проведения оптической когерентной томографии	10 шт.
1.7	Катетер для проведения внутрисосудистого УЗИ (ВСУЗИ)	10 шт.
1.8	Комбинированный катетер для проведения оптической когерентной томографии и внутрисосудистого УЗИ (ВСУЗИ)	10 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1.	Катетер для проведения оптической когерентной томографии	
2.1.1	Диаметр дистальной части не более 1,0 мм	Наличие
2.1.2	Длина рабочей части не менее 135 см	Наличие
2.1.3	Глубина оптического сканирования не менее 5 мм	Наличие
2.1.4	Наличие в комплекте стерильного чехла и шприца для промывания.	Наличие
2.2.	Катетер для проведения внутрисосудистого УЗИ (ВСУЗИ)	
2.2.1	Диаметр дистальной части не более 1,0 мм	Наличие
2.2.2	Длина рабочей части не менее 135 см..	Наличие
2.2.3	Акустическая операционная частота не менее 30 Hz	Наличие
2.2.4	Акустический радиус не менее 6 мм	Наличие
2.3.	Катетер комбинированный для проведения внутрисосудистого	

	УЗИ (ВСУЗИ)	
2.3.1	Диаметр дистальной части не более 1,0 мм	Наличие
2.3.2	Длина рабочей части не менее 135 см.	Наличие
2.3.3	Акустическая операционная частота не менее 30 Hz	Наличие
2.3.4	Акустический радиус не менее 6 мм	Наличие
2.3.5	Глубина оптического сканирования не менее 5 мм	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования согласно аукционным документам.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.