

БелМТ №734/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Потолочный двухкупольный (основной и дополнительный купол) светодиодный операционный светильник в составе:	1 комплект
1.1.	Потолочный кронштейн для крепления светильника к потолку	1 шт.
1.2.	Плечевой рычаг	2 шт.
1.3.	Шарнирные рычаги	2 шт.
1.4.	Ручка съемная стерилизуемая для поворота светильника	6 шт.

2.1. Потолочный двухкупольный светодиодный операционный светильник должен состоять из основного и дополнительного купола.

*2.1.1. Световой поток основного светодиодного купола должен быть не менее 160000 Люкс на расстоянии 1м.

*2.1.2. Световой поток дополнительного светодиодного купола светильника должен быть не менее 130000 Люкс на расстоянии 1 м.

2.2. Рабочая цветовая температура в пределах 4500 К.(+/- 200К)

2.3. Индекс цветопередачи должен быть не менее 95 Ra.

2.4. Наличие электронной фокусировки

пятна, которая должна осуществляться при помощи клавиш, находящихся на куполе светильника, или панели управления находящихся на кардане светильника

2.5. Источник света – сверхяркие светодиоды, продолжительностью работы не менее 40 000 часов.

2.6. Наличие функции эндоскопического света.

2.7. Вращение купола вокруг своей оси не менее 345 градусов.

2.8. Угол вращения плечевого рычага не менее 330 градусов в горизонтальной плоскости;

- 2.9. Угол вращения шарнирных рычагов не менее 345 градусов в горизонтальной плоскости.
- 2.10. Ручка для поворота светильника должна быть съемной и стерилизуемой.
- 2.11. Повышение температуры в области головы хирурга не более одного градуса по Цельсию.
- 2.12. Питание от сети переменного тока 50 Гц, 220 В.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.