

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 338-71-70, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т

О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 04 » 09 2025 г.

УЗ. 10-я РКБ г. М. МХ-1

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

Э.М.Трофимович

(наименование должности владельца медицинской техники)

тип, марка СМАРТ 3 зав.№ 00240

год выпуска завод-изготовитель Юкордия

имеет следующие дефекты: шум при работе аппарата ЭКГ
помехи при снятии ЭКГ

Заключение: Необходимо ремонт в СС

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Витгорский С.И.

(должность, подпись, ФИО)

О.М.Семикова И.П.Сид

(должность, подпись, ФИО)

« 04 » 09 2025 г.

« » 2025 г.

от «03» 02 2025 г.

УЗ 10-я РКБ г.о.с. Ч.м.б.м.с.
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрокардиограф
(наименование изделия медицинской техники)

ТИП, марка СМАУ 3 зав.№ 3600248

ГОД ВЫПУСКА 2018 ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ Юмеди

имеет следующие дефекты: Кет несорасши Ж8

Заключение: Необходим ремонт в условиях су

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Виторский С.И. _____
(должность, подпись, ФИО)

(должность, подпись, ФИО)

« 03 » 12 2025 г.

« _____ » 2025 г.

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 336-71-70, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «17» 11 2025 г.

УЗ «10-я РКБ» г. М. ОФД
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

нагрузочная система
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка SMART 1010 зав. № С 1010-00023

год выпуска завод-изготовитель Юмедика

имеет следующие дефекты: не проводится запись ЭКГ,
ошибка при запуске нагрузочных проб

Заключение: Необходим ремонт и модернизация
просроченного обеспечения

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Виторский С.И.

(должность, подпись, ФИО)

Представитель учреждения-владельца

Ведущий инженер
Витковская О. В.
(должность, подпись, ФИО)

«17» 11 2025 г.

«17» 11 2025 г.

"БЕЛМЕДСНАБ"

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

УЗ "10-й ГКБ" ООО г. Курск
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

(наименование изделия медицинской техники)

имеет следующие дефекты: Не работает, посторонние
звуки

Заключенное: необходима работа в сервисном
центре

«БЕЛНЕЖСКИЙ ФИО)»

отдел Информационно-методического отдела № 18
(должность, подпись, ФИО)

«И» 02 2026 г.

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 336-71-70, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 23 » 01 2026 г.

УЗ «10-я РКБ» от МХ-2
(наименование учреждения владельца медицинской техники)

электрокардиограф
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка СМАРТ 3 зав.№ 3500249

год выпуска завод-изготовитель Юнвскар

имеет следующие дефекты: Нет отведений V6


Заключение: Необходимо ремонтировать в условиях СЗ

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Виторский С.И.

(должность, подпись, ФИО)



Представитель учреждения-владельца

Иван Александрович Золоторев
(должность, подпись, ФИО)

« 23 » 01 2026 г.

« 23 » 01 2026 г.

Берингасов С.В.

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 336-71-70, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 03 » 12 2025 г.

УЗ 10-й ГКБ ООО ИИРД 2/1
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

Ведущий врач
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка СМАРД А1 зав.№ 00193

год выпуска завод-изготовитель Юмедико

имеет следующие дефекты: не верный датчик АКБ

Заключение: Необходим ремонт в условиях СЦ

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Виторский С.И.
(должность, подпись, ФИО)

ст.м/с Савельева В.Г.
(должность, подпись, ФИО)

« 03 » 12 2025 г.

« 03. » 12 2025 г.

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 336-71-70, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «03» 12 2025 г.

УЗ "10-я ГКБ г. М. АРО" (наименование учреждения – владельца медицинской техники)

кардиограф (наименование изделия медицинской техники)

тип, марка СМАРТ ЛМ-3 зав.№ 00168

год выпуска завод-изготовитель Беларусь

имеет следующие дефекты: Ошибка при вводе
информации

Заключение: Небходима замена в сф

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Виторский С.И.

(должность, подпись, ФИО)

Представитель учреждения-владельца

директор Учреждения

(должность, подпись, ФИО)

«03» 12 2025 г.

« » 2025 г.

Торгово-производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 336 71-70, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «21» 08 2025 г.

УЗ "10-2 РКБ" ОАО АРОНЗ
(наименование учреждения - владельца медицинской техники)

монитор пациента
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка MB зав.№ 0075

год выпуска _____ завод-изготовитель Юлиссар

имеет следующие дефекты: не работает АЭ

Заключение: Необходима работа в условиях СЭ

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Виторский С.И.

(подпись, подпись, ФИО)

Представитель учреждения-владельца

Дру.м. Куд.В. В.А. ст.м.р. МД
(подпись, подпись, ФИО)

«21» 08 2025 г.

« » _____ 2025 г.

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 336-71-70, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 01 » 10 2025 г.

УЗ „ 10-я ГРБ ” АРО „ 13 ”
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

монитор пациента
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка СМАРТ ЧВБ зав.№ МБВ00069

год выпуска завод-изготовитель Рмедиа

имеет следующие дефекты: не измеряет АД


Заключение: необходимо ремонт в условиях СЗ

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Виторский С.И.

(должность, подпись, ФИО)



Представитель учреждения-владельца

ст. мк. оф. Мещеряков С.

(должность, подпись, ФИО)

« 01 » 10 2025 г.

« » 2025 г.

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2, тел./факс (017) 336-71-70, email: belmedsnab@gmail.com

«23» сентября 2025 г.


УЗ "10-я ГКБ"

Дефектный акт

1. Состав (комплектация) оборудования и (или) изделий:

№ п/п	Наименование оборудования	Неисправность, выполненные работы
1	Насос шприцевой Смарт ШН-3 (s/n 8A02620)	Окклюзия.
2	Насос шприцевой Смарт ШН-3 (s/n 8A02628)	Не заряжается.
3	Насос шприцевой Смарт ШН-3 (s/n 8A02656)	Выход из строя поршня для подачи и крепления шприца.
4	Насос шприцевой Смарт ШН-3 (s/n 8A02616)	Сломано крепление держателя шприца.
5	Насос шприцевой Смарт ШН-3 (s/n 8A02655)	Сломано крепление держателя шприца.
6	Насос шприцевой Смарт ШН-3 (s/n 8A02584)	Сломано крепление держателя шприца.
7	Насос шприцевой Смарт ШН-3 (s/n 7A02321)	Сломано крепление держателя шприца.
8	Насос шприцевой Смарт ШН-3 (s/n 7A02343)	Не заряжается.

Инженер по наладке
и испытаниям



С.И. Виторский

Торгово — производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 336-71-70, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т

О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «02» 09 2025 г.

УЗ, 10-я ГКБ отб АРО №2

(наименование учреждения — владельца медицинской техники)

шрифтовой насос

(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка

ЦН-3

зав. №

100173

2/00178

год выпуска

завод-изготовитель

Юмашев

имеет следующие дефекты:

1) Скользя фиксатор шрифта
постоянные медленные взрывы толкателя
2) Системная ошибка

Заключение:

Необходима замена в условиях с/у

Представитель

«БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Виторский С.И.

(должность, подпись, ФИО)

(должность, подпись, ФИО)

« »

2025 г.

« »

2025 г.